

【제 목】 : 의료장비 사후관리 부적정(재정)

【내 용】

- 우리원에서는 진단용 방사선 발생장치 및 특수의료장비의 영상품질 검사기관의 검사결과에 따라 요양기관의 부적합 판정 장비 사용여부를 점검·관리하고 있었으나, 일부 지연신고【표 7】지연신고기관 정산처리 현황 기관에 대하여 기 지급된 요양급여비용에 대한 사후관리를 누락 하였음을 확인 하였다.

☞ 【의료법】

제37조(진단용방사선발생장치) ②의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임하고 정기적으로 검사와 측정을 받아야 한다.(이하생략)

제38조(특수의료장비의 설치·운영) ②의료기관 개설자나 관리자는 특수의료장비를 설치하면 보건복지부령으로 정하는 바에 보건복지부장관에게 정기적인 품질관리검사를 받아야 한다.

☞ 【국민건강보험법 시행규칙】

제20조(요양급여비용의 심사·지급) ①심사평가원은 요양급여비용에 대한 심사·청구를 받으면 그 심사청구 내용이 법 제41조제3항 및 제4항에 따른 요양급여의 기준 및 법 제45조제4항에 따라 보건복지부장관이 고시한 요양급여비용의 명세서에 적합한지를 심사한다. (이하생략)

【표 7】 지연신고기관 정산처리현황 (‘15.5월~’ 18.4월)

요양기호	기관명칭	정산총액(원)	비고
○○○○○	*****의원	*****	
◇◇◇◇◇	*****의원	*****	
◆◆◆◆◆	*****의원	*****	

【조치사항】

- 부적합 판정을 받은 진단용 방사선 발생장치를 사용 후 부당하게 청구된
요양급여비용 **,***원을 2018-5-91차수로 정산조치 하였으며,
 - 부적합 의료장비 사후관리 미연계 관련자 주의 촉구 및 재발방지 방안
마련 후 교육 실시
- 일상감사 대상 업무, 여비지급 세부기준, 의료자원현황 등 위반사항에 관한
내부직원 교육 실시(운영부-1051호 2018. 5. 8. 자체 교육실시 결과보고)

※ 관련자

광주지원	운영부	과장 ○○○
(현 국민연금공단 파견)		
광주지원	운영부	과장 ○○○
광주지원	운영부	차장 ○○○
(현 경영지원실 신사옥건설팀)		
광주지원	운영부	차장 ○○○
광주지원	운영부	부장 ○○○
(현 정보통신실 정보화지원부)		
광주지원	운영부	부장 ○○○