

권 고 사 항

1. 제 목 : 자동제세동기¹⁰⁾ 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●●●●●부

3. 내 용 : 우리공단은 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급 장비의 구비 등의 의무) 제1항 및 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호, 같은 법 시행령 제2조(공공단체의 범위) 제12호에 따라 ‘자동제세동기(자동심장충격기)’ 설치 의무대상 시설로 [표]와 같이 자동제세동기를 설치·운영하고 있습니다.

[표] 자동제세동기(자동심장충격기, AED) 설치 현황

(단위: 대)

●●	▽▽병원	▽▽요양원	▽▽원	재활체육	연구원	휴양원	계
미설치	75	6	1	1	2	1	86

보건복지부의 「응급의료에 관한 법률 시행규칙 제38조의2(응급장비 설치 등에 관한 현황 파악) 제1항에 따라 자동제세동기 등 심폐소생술을 행할 수 있는 응급 장비를 설치하거나 이를 양도·폐기·이전한 경우 해당 다중이용시설 등의 개설자 또는 관리자는 그 사실을 별지 제15호의2서식에 따라 시장·군수·구청장에게 신고 하여야 하며, 설치 비의무기관의 경우도 공공복리를 위한 사용정보 제공 목적으로 등록이 가능합니다.

또한 같은 부처의 「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리 지침」 제2판(‘15.04.) ‘IV. 자동제세동기의 관리’에 따라 자동제세동기의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등을 작성 하고 일정기간 보관하여야 합니다.

따라서 자동제세동기가 설치되어있는 ▽▽병원 및 ■■■■부서에서는 장비

¹⁰⁾ 자동제세동기의 정의(미국심장학회 American Heart Association, AHA, 가이드라인에 근거)

- 자동제세동기(Automated External Defibrillator, AED): 환자의 피부에 부착된 전극을 통하여 전기충격을 심장 에 보내 심방이나 심실의 세동(비정상적으로 빠르게 떨려 제대로 된 심장기능을 하지 못하는 상태)을 제거하 는 제세동기를 자동화하여 만든 의료기기

사용내역을 철저히 관리하고 사용기간에 따른 주기적인 배터리 및 소모품 교체 등을 통하여 응급상황 발생 시 신속하게 사용할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원에 대한 종합감사 시 우리공단 ▽▽병원과 ■■■■부서에서 운용중인 자동제세동기의 관리현황을 확인한 결과, 일부 ▽▽병원과 ■■■■부서에서는 부속물인 밧데리와 패치 등의 내용연수(제조업체에 따라 2~3년)가 경과되었는데도 교체를 하지 않고 있으며,

또한 배터리, 패드 등 부속물 교체에 따른 교체이력 등을 관리하도록 정하고 있으나 관리가 되지 않고 있으므로 ▽▽병원과 ■■■■부서에서 운용중인 자동제세동기에 대한 관리기준 마련이 필요한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ☞☞이사는

- 자동제세동기 미 설치부서(●●, △△▽▽요양원)에 대한 설치여부 검토 및 설치부서에서 운용중인 자동제세동기의 교체이력과 사용내역 등을 주기적으로 관리할 수 있도록 관리기준을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(권고)

[붙임]

공단 기관별 자동제세동기(자동심장충격기 AMD) 설치 현황 (생략)