

주 의 사 항

1. 제 목 : 심혈관촬영기용 PACS 유지보수 운영 부적정
2. 관련기관 : □□□□병원
3. 내 용 : □□□□병원에서는 심혈관촬영을 위한 의료영상정보시스템 (Cardiac PACS)를 구축하고 시스템의 정상적인 가동을 유지하기 위하여 [표]과 같이 “주식회사 티피헬스케어”와 유지보수계약을 체결하여 관리하고 있습니다.

[표] □□□□병원 심혈관촬영기용 PACS 유지보수 계약 현황

(단위:원)

계약상대자	계약기간	계약금액	관련공문
주식회사 티피헬스케어	`17.8.1. ~ `19.7.31.	##,###,###	광관리-3479(2017.07.27.)

가. 유지보수 장애내역 대장 관리

□□□□병원 「심혈관촬영기용 PACS 유지보수 용역 계약조건」 제8항에서는 해당 시스템의 연간 가동률을 정의하고 있고, 연간 가동률이 98% 미만일 경우 계약상대자는 시스템의 보수기간을 소정의 계산방식²⁾에 따라 무상 연장한다고 정하고 있습니다.

따라서 병원은 가동률³⁾을 산출하기 위한 서비스 장애내역 대장을 관리하고 그 대장에는 서비스장애로 인하여 유지보수 요청시간과 장애복구시간을 포함하여 기록해서 가동률을 산정하기 위한 근거자료를 기록함과 동시에 객관적인 서비스 점검내역을 정확하게 관리하여야 합니다.

2) 실 가동률이 85% 가정시 계산 예시 → $365\text{일} \times [(100-85\%) / 100] = 54.75$ (약 55일 서비스 기간 연장)

3) 가동률 : 연간 시스템 가동시간을 총시간(365일 X 24시간)으로 나눈 비율

그런데 2018년 □□□□병원 종합감사 기간동안 □□□□병원의 심혈관촬영기용 PACS 유지보수 관리 실태를 점검한 결과, 정기유지보수 보고서만을 업체로부터 제출받고 서비스 장애내역 대장은 관리하지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

나. 유지보수료 지급 전표처리 증빙관리에 관한 사항

공단 「회계규정」 제35조(증빙서류의 범위) 제1호에 따르면, 전표처리를 할 때에 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로 정하고 있습니다.

따라서 계약에 따른 유지보수료 지급을 위한 전표처리를 할 때에는 거래사실의 경위를 입증할 수 있는 정기점검 보고서 등 기장의 증거가 되는 서류를 첨부하여 그 경위가 명확하게 증명되는 서류를 첨부하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□□병원 종합감사 기간 동안 □□□□병원의 심혈관촬영기용 PACS 유지보수료 지급과 관련한 전표처리 관리 실태를 점검한 결과, 2017. 9월 분 유지보수 지출결의서를 제외하고 모든 지출결의서에 정기점검 보고서 등 기장의 증거가 되는 서류가 없는 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 심혈관촬영기용 PACS 유지보수 용역 수행시 가동률 산정 및 관리 내실화를 위한 장애내역을 관리하여 주시고, (권고)
- 유지보수료 지급을 위한 전표 처리시에는 거래사실의 경위를 명백히 입증할 수 있는 증거 서류 첨부을 철저히 관리하여 주시기 바라며, (통보)
- 앞으로 동일사례 재발 방지를 위하여 관련자에게 「주의」를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)