

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 자동심장충격기 관리 부적정

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단 및 소속기구에서는 심폐소생술 시행을 위한 자동심장충격기를 설치·관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생술을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 및 동법 시행령 제26조의5(응급장비의 구비의무가 있는 공동주택 등)에 따르면 공공기관 및 다중이용시설 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 의무적으로 구비하고, 동법 시행규칙 제38조의3(응급장비의 관리)에 따라 매월 1회 이상의 점검, 응급장비 사용교육, 응급장비의 관리에 관한 서류의 작성·비치 등 업무를 수행하여야 합니다.

※ 의무설치기관 AED 미설치 시 과태료 부과(「응급의료에 관한 법률」 제62조)

또한 보건복지부 「자동심장충격기 설치 및 관리 지침」에 따르면 기관의 자동심장충격기 관리 책임자는 장비관리를 위해 매월 1일을 정기점검의 날로 지정해 매월 1회 이상 정기점검을 실시하여야 하며, 월별 정기점검 체크리스트와 부속 소모품 및 장비 교체 시에는 해당 사항에 대한 대장을 작성하여 각각 3년간 보관하고, 내용연수 및 적정 사용횟수 경과 후 장비교체 여부를 판단할 경우, 장비마다 각기 달라 해당 장비의 매뉴얼 및 제조사항의 권고를 따르되 최대 10년을 초과하지 않도록 하여야 합니다.

아울러 동 지침에서 자동심장충격기 보관한 외부 표시 기준은 [표 1]과 같이 안내하고 있습니다.

[표 1] 자동심장충격기 보관함 외부 표시

좌·우면 문구(예시)	사진(예시)	정면문구(예시)										
○ 자동심장충격기 표시(한글, 영문 등) ○ 관리책임자 표시 <table><tr><td>관리책임자</td><td>홍길동</td></tr><tr><td>비상연락처</td><td>2023-1234</td></tr></table> ○ 환자 부착용 패드 및 건전지 유효기간 <table><tr><td>구분</td><td>유효기간</td></tr><tr><td>환자부착용패드</td><td>2020.00.00</td></tr><tr><td>건전지</td><td>2020.00.00</td></tr></table> ○ 자동심장충격기 점검표 부착	관리책임자	홍길동	비상연락처	2023-1234	구분	유효기간	환자부착용패드	2020.00.00	건전지	2020.00.00		자동심장충격기 표시 (한글, 한자, 영문) <투명 아크릴 판> 도난방지장치 설치 문을 열면 경고음이 울림 심장정지 환자에게 사용 AED 사용방법 (그림 및 설명) 본 장비는 응급의료에 관한 법률에 의거 설치·운영되며 파손 시 민·형사상 책임을 질 수 있음 설치기관 등 표시
관리책임자	홍길동											
비상연락처	2023-1234											
구분	유효기간											
환자부착용패드	2020.00.00											
건전지	2020.00.00											

따라서 □□ 및 소속기구에서는 시설에 심폐소생술을 위한 자동심장충격기를 응급상황에 사용할 수 있도록 장비 관리 기준에 따라 정기점검 등 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 하계 휴가철 공직기강 점검 시, 자동심장충격기 운영 현황을 확인한 결과, ■■■에서는 [표 2]와 같이 ●●●● 관리동에 설치된 자동심장충격기에 점검표가 부착되지 않은 채 관리되고, 관리책임자 등의 비상연락처, 부착용 패드 유효기간 등도 명시되어 있지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 자동심장충격기 설치 현황

--

4. 관계기관 의견

- ■■■에서는 자동심장충격기에 대하여 월별 자체점검 체크리스트를 작성·관리하고 있으나, 점검 체크리스트나 점검표를 부착해야 하는 사실에 대해서는 인지하지 못했다고 하며 앞으로 게시하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바라며, (주의)
- 보건복지부 「자동심장충격기 설치 및 관리 지침」 등을 준수하여 자동심장충격기 운영 관련 점검표, 비상연락처, 패드 유효기간 등을 명시하여 부착하시고, 의료장비 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
■■■					좌동	주의