

4. 미사용 의료장비 관리 부적정

어린이병원 관리지원팀은 고위험 산모·신생아 통합치료센터 시설개선에 따라 기존 분만실에 설치된 무영등 장비를 철거하여 임시장소에 보관 후 ① 타 어린이병원 관리전환 또는 양도 진행, ② 대상기관이 없을 경우 매각, ③ 매각이 안 될 경우 폐기하기로 내부결재를 통해 처리(안)을 마련하였다.[관리지원팀-419 (2021. 5. 7.), 분만실 무영등 의료장비 처리(안)]

그러나 타 어린이병원에 장비의 관리전환 또는 양도여부 의향 확인을 요청한 2021. 7. 30. 이후 2023. 9. 18. 감사일 현재까지 양도, 매각, 폐기 등 사후처리가 진행되지 않았고, 추후 관리에 대한 세부계획 없이 해당 의료장비를 철거상태로 임시공간에 장기 보관하고 있다.

[표 4] 미사용 의료장비 내역

구분	세부 내역
대상 장비	무영등(천장, 복등)
장비 규격	E9/E9
제조사	Martin
취득 금액	22,000,000원
취득일	2013. 12. 26.

<조치할 사항>

【시정】 「권역별 질환전문센터 및 어린이병원 의료장비 관리지침」과 「자산 관리지침」에 따라 미사용 의료장비를 처리하기 바랍니다.

【관련자】○○ ○급 ○○○