

병원 시술 기구의 적절한 멸균과정을 통해 의료관련 감염발생 위험을 최소화하기 위하여 「의료기구의 세척·소독·멸균과정에 대한 감염관리 지침」에 따라 중앙공급실 외에 비치된 멸균기기는 매주 기능을 점검하고 결과를 관리하여야 하며, 치과 외래에서는 「치과 외래 감염관리 지침」에 따라 수관 소독·표면관리 등을 점검·관리하여야 한다.

[표 9] ○과 멸균기 멸균 점검 내역

[표 10] 수관소독 및 표면관리 수행 기록 내역

점검일 점검대상	5월																									
	1	2	3	4	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31				
unit chair 1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
unit chair 2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
unit chair 3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
unit chair 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			
비고	2023. 5. 26. 현장 점검일 현재 2023. 5. 29.- 31. 점검 사항 사전 작성																									

〈조치할 사항〉

【시정】 앞으로 관련지침에 따라 실질적인 관리점검을 하고 감염관리를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】 ○○ ○급 ○○○, ○○○○ ○급 ○○○