

시정하여야 할 사항																									
번호	6	관련부서(기관)	○○본부, ◇◇◇◇원																						
제 목 계측기 교정 업무 불철저																									
내 용																									
공사(公社)는 제품 생산, 연구 개발 등의 신뢰성을 확보하기 위하여 측정 및 분석에 필요한 계측시스템을 유지 및 관리하고 있다. 1. 계측기 교정 주기 불합리 공사는 「국가교정기관지정제도운영요령」 제41조(교정대상 및 주기)에 따라 계측기 교정을 정기적으로 수행하여야 하며 제품생산·품질관리·연구 데이터의 신뢰성 확보 등을 위하여 정해진 교정주기를 준용하여야 한다. 그런데 ○○본부의 교정 대상 계측기 중 교정주기가 12개월을 상회하는 10개의 계측기를 점검한 결과 아래 [표 1]과 같이 정해진 교정주기를 준용하지 않고, 자체적으로 교정 주기를 설정¹⁾하여 계측기의 교정을 수행한 것을 확인하였다. [표 1] ○○본부 계측기 교정검사 주기 <table><tr><th rowspan="2">계측기명</th><th colspan="2">교정 주기</th><th rowspan="2">교정 주기 변경 필요성</th></tr><tr><th>기술표준원 교정 주기</th><th>자체 교정 주기</th></tr><tr><td>경도측정기</td><td>12개월</td><td>36개월</td><td>변경 필요</td></tr><tr><td>건습구온도계</td><td>12개월</td><td>24개월</td><td>"</td></tr><tr><td>디지털자</td><td>12개월</td><td>24개월</td><td>"</td></tr><tr><td>초정밀저울</td><td>12개월</td><td>24개월</td><td>"</td></tr></table>				계측기명	교정 주기		교정 주기 변경 필요성	기술표준원 교정 주기	자체 교정 주기	경도측정기	12개월	36개월	변경 필요	건습구온도계	12개월	24개월	"	디지털자	12개월	24개월	"	초정밀저울	12개월	24개월	"
계측기명	교정 주기		교정 주기 변경 필요성																						
	기술표준원 교정 주기	자체 교정 주기																							
경도측정기	12개월	36개월	변경 필요																						
건습구온도계	12개월	24개월	"																						
디지털자	12개월	24개월	"																						
초정밀저울	12개월	24개월	"																						

1) 「국가교정기관지정제도운영요령」 제41조에 따라 자체적으로 교정주기를 설정하고자 할 때에는 측정기의 정밀·정확도, 안정성, 사용목적, 환경 등을 감안하여야 하며, 과학적이고 합리적으로 교정주기를 정할 수 없을 경우에는 기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용하여야 함.

2. 계측기 교정 미실시

공사 「품질경영규정」 제22조(계측시스템 관리)에 따르면 계측기는 정기적으로 검정 및 교정을 실시하여야 한다.

따라서 각 기관은 사용하고 있는 계측기의 교정을 정기적으로 실시하여 기기의 정확도 및 정밀도를 유지하여야 한다.

그런데 ◇◇◇◇원은 보유하고 있는 계측기의 교정주기를 12개월로 하고 있는데도 아래 [표 2]와 같이 20XX. X월 교정 대상 계측기 ㉠대 중 ㉡대만 교정을 실시하였고, 그 이후 계측기 교정을 실시하지 않았다.

[표 2] ◇◇◇◇원 계측기 교정 내역

연도	전체 계측기 수	교정 완료 계측기 수	교정 비율
20XX	㉠대	㉡대	㉢%
20XX	㉠대	㉣대	㉤%

3. 계측기 교정내역 기록 관리 불철저

「같은 규정」 제22조(계측시스템 관리)에 따르면 각 기관 주관부서는 정기적으로 교정을 실시하여 그 결과를 기록 관리하도록 하고 있으며, 이에 따라 각 기관은 계측기 교정 결과를 생산품질관리통합시스템에 기록하여 계측기의 신뢰성 확보를 위한 이력관리를 하고 있다.

그런데 ○○본부와 ◇◇◇◇원은 2016. 5. 4. 감사일 현재 아래 [표 3]과 같이 생산품질관리통합시스템 교정 내역 기록관리가 미흡하였다.

[표 3] 계측기 교정 내역 기록관리 현황

관련 기관	전체 계측기 수	교정 내역 미기록 계측기 수	미기록 비율	최종 기록 연도
○○본부	㉤대	㉥대	㉦%	20XX
◇◇◇◇원	㉧대	㉧대	㉧%	20XX

조치하여야 할 사항

○○본부장은

- ① 기술표준원 주기를 준용하여 계측기 교정주기를 합리적으로 조정하시고
- ② 교정 내역 기록관리를 철저히 하시기 바랍니다.

◇◇◇◇원장은

- ① 교정이 누락된 계측기에 대하여 교정을 실시하시고
- ② 교정 내역 기록관리를 철저히 하시기 바랍니다.