

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□□ (□□□□□□□□)	처분요구일자	2017. 1. 16.	회신기일	2017. 7. 15.

□□□□□□□□

(행정상 권고)

제 목 장기 미사용 연구장비에 대한 대책 필요

관 계 기 관 □□□□□□□□

내 용

1. 업무기준

[장기 미사용 장비현황]

품명	규격	단위	수량	취득일	구입금액	'15년 이후 사용횟수
기체크로마토그래피-질량선택검출기 (GC-MSD)	Agilent Technologies, 5977A, 데이터시스템(데스크탑)	식	1	2014-06-27	119,600,000	2
형광광도계	Turner Designs 10-AU	set	1	2011-05-17	35,376,380	수시
UV/VIS Spectrophotometer (분광광도계)	SPECORD 210 plus	대	1	2012-10-11	20,408,520	데이터 비교용으로 만 사용
냉각기	EYELA, CA-1112, -20~30℃, 18L/min	대	1	2012-07-16	3,419,000	0
농축기	EYELA, MGS-2200F, 22홀	대	1	2012-07-16	3,800,000	0
균질기	DAIHAN, HG-15D, SET-A, 2,000~27,000rpm	대	1	2012-07-16	1,350,000	0
고압멸균기	HYSC, VDC60, 60L, 40~130℃, 0~3kg/cm ²	대	1	2012-07-16	2,300,000	0
고상추출셋트	5010-50000 SPE	set	1	2012-08-23	1,500,000	0

2. 현황 및 개선점

- □□□□□□□□ □□□□연구센터는 2014.6.27. 유류오염모니터링과정에서 필요한 다환방향족탄화수소(PAHs) 측정을 위해 고가(119,000천원)의 질량선택검출기(GC-MSD)를 구입하였으나, 구입 직후 전공 연구자가 퇴사하여 장비를 방치하고 있다가, 2015.12.18.과 2016.1.12.~13. 단 2회만 운영한 사실이 있으며,
- PAHs 시료 전처리용 실험기구인 냉각기(EYELA, CA-1112, -20~30℃, 18L/min) 외 4종 (구입금액 12,369천원) 또한 전공한 연구자가 2012년 퇴사한 이후 장비를 전혀 사용하고 있지 않고 있으며,

- 식물플랑크톤 정량분석을 위하여 2011.5.11. ‘형광분석기(Turner designs, US/10-AU-005-CE, 300~650nm)’를 구입한 후, 2012.10.11. 식물플랑크톤 및 영양염 분석을 위해서 ‘분광광도계 (UV/VIS Spectrophotometer V-560)’를 구입하였으나, 동 분광광도계는 2014.11.21. 보고서 작성용 데이터 분석을 위해 사용한 이후 15년 부터는 로그데이터는 생산하지 않고 타장비 데이터와 비교 용도로만 사용하고 있는 사실이 있음

3. 조치계획

- 행정상 권고(장기조치 : 6개월 이내) 【□□□□□□□□】
 - 장기 미사용 장비의 사용 활성화, 관리전환, 매각 등을 포함한 종합적인 활용계획을 수립·시행