

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	0000처 0000부 (0000처 0000부)	처분요구일자	2018.01.08.	회신기일	2018.02.07.

○○○○처 ○○○○부 (행정상 통보)

제 목 자동심장충격기(AED) 관리카드 작성 소홀
관 계 기 관 ○○○○처 ○○○○부
내 용

1. 현황 [자동심장충격기 관리 현황]

사무소	설치위치	관리번호	모델명	제조일자	교체 정보		미작성 현황
					배터리(내용연수)	패드(내용연수)	
○○	○○○탐방안내소	**-*****	**** -*****	'12.	2017.8.22.(2년)	x (3년)	배터리 2회/ 패드 1회
○○	○○○○○사무소	**-*		'12.12.14.	x (2년)	x (3년)	배터리 2회/ 패드 1회
○○	○○○사무소	**-*		'10.	x (2년)	x (2년)	배터리 3회/패드 3회
○○	○○탐방지원센터	**-*****		'12.05.10.	x (2년)	x (3년)	배터리 2회/ 패드 1회
○○	○○탐방지원센터	**-*	*****-***	'14.12.15.	x (2년)	'17.11.1.(3년)	배터리 1회/ 패드 1회
○○	○○대피소	**-*	*****	'15.05.09.	x (3년)	'17.6.2. (2년)	심정지환자발생
			⋮				

2. 지적내용

- 공단 「응급처치·구조장비 보유기준 및 운용지침(자동심장충격기 운용 및 관리기준 제4조)」에 따라 자동심장충격기의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등이 기록된 관리카드를 작성하여 보관 하여야 하며,
- ○○○○부-○○○호(2017.03.15.) 「자동심장충격기 등 응급처치 및 구조장비 운영을 철저」에 따라 사용이력 및 소모품 교체 등의 관리에 만전을 기하도록 함
※ 감사일 현재 ○○○ 등 29개 사무소 등(213개소), 295대 운영중
- ○○○ 등 자동심장충격기를 보유하고 있는 29개 사무소 등을 대상으로 관리카드 관리 현황을 확인한 결과, ○○○○○사무소 등 다수의 사무소에서 교체 부속물인 배터리 및 패드를 내용 연수에 따라 교체하면서 관리카드에 교체이력을 기록하지 않았으며, □□□의 경우는 2017년 심정지환자 발생에 따른 장비를 사용하였음에도 이력이 기입되지 않았음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【○○○○처 ○○○○부】
 - ○○○○처 ○○○○부장은 미 작성된 자동심장충격기 관리카드 작성 및 관리카드 작성기준 준수와 동일사례 재발방지를 위한 직원교육 실시