

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○○○처 ○○○○○부)	처분요구일자	2019.1.22.	회신기일	2019.7.21.

○○○○○처 ○○○○○부
(행정상 권고)

제 목 권역별 수질실험실 운영 재검토 필요
관 계 기 관 ○○○○○처 ○○○○○부
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 수질측정망 운영 현황

측정망구분	측정대상	횟수	분석(의뢰)기관	비 고
환경부 측정망	계곡수 / 해수	2회	지방(유역)환경청	위탁분석
공단 측정망	계곡수	1차	8개 분석사무소	자체분석
		2차		
	오수 방류수	1차	8개 분석사무소	자체분석
		2차		
국립공원 물 관련 시설	약수터	4회	공인기관	위탁분석
	음수대	4회		
	기타시설	3회		

※ 수질분석 사무소: 8개 사무소(지리, 속리, 가야, 치악, 북한, 소백, 월출, 변산)

○ 환경정책기본법 제22조(환경상태의 조사·평가 등) 및 하수도법 제39조(개인하수처리 시설의 운영·관리), 공단 「수질측정 및 실험실 운영 지침」에 의거 공단 측정망 계곡수 및 오수 방류수를 8개 수질분석 사무소에서에서 최대 3회 수질 분석을 실시하고 있음

- △△△국립공원사무소는 수질분석 실험실을 운영함에 있어 연간 3회 수질을 분석을 실시하고 있으나 운영횟수에 비해 운영에 따른 유독성 성분의 시약관리 및 폐액처리 등 실험실 관리에 상당한 어려움이 있는 실정임
- 또한 우리공단에서 운영하는 수질분석 사무소는 국가공인기관으로 인증되지 않아 분석 결과에 대한 신뢰도를 담보할 수 없는 점 등을 고려, 수질분석 실험실의 운영 적정성을 재검토할 필요성 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고(장기조치: 6개월 이내)【○○○○○처 ○○○○○부】

- ○○○○○처 ○○○○○부장은 수질분석 실험실 운영 적정성에 대하여 재검토 및 개선방안 마련