

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (○○○0000부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2018.08.29. 2018.08.29.

○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
(○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 수질분석 실험실 화학물질 관리 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(수질분석실험실 시약관리 현황)

번호	품명	화학기호	용량	수량	MSDS 해당여부	MSDS 비치여부
1	수산화나트륨	NaOH	500g	2	○	○
2	과황산칼륨	K2S2O8	100g	2	○	○
3	염산	HCl	1kg	1	x	-
4	질산칼륨	KNO3	1kg	2	○	○
5	몰리브덴산암모늄	(NH4)6Mo7O24·4H2O	500g	2	○	○
6	주석산안티몬칼륨	C8H4K2O12Sb2/3H2O	500g	2	x	-
7	황산	H2SO4	1kg	2	○	○
8	술퍼민산암모늄	NH4OSO2NH2	500g	2	○	(x)
9	L-아스코르빈산	C6H8O6	500g	2	○	○
10	인산이수소칼륨	KH2PO4	500g	2	x	-
11	에탄올	C2H5OH	1L	1	○	(x)

2. 지적내용

- 공단「수질측정 실험실내 화학물질 관리지침」에 따르면 MSDS*(Material Safety Data Sheet) 목록에 해당하는 실험실 유해물질을 포함한 시약관리대장을 작성하여 취급자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 비치 게시하여야 하고, 실험으로부터 발생되는 폐액의 경우 성분별 구분하여 폐액보관용기에 저장을 하고, 폐액 최종처리시 담당자는 폐액처리 대장을 작성·보관하여야 함

* 실험실에서 사용되는 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제의 명칭, 물리·화학적 성질, 유해·위험성, 폭발, 화재 시 방재요령, 환경에 미치는 영향 등을 기록한 자료로 화학물질을 안전하게 사용할 수 있도록 안내하는 지침서

- △△△국립공원사무소에서는 ○○○, ○○○○○, ○○○, ○○○○○ 등 권역별 계곡수, 오수방류수 등 공단측정망 수질분석을 위한 수질분석 실험실을 운영하면서 수산화나트륨 등 수질분석 실험실내 11종류의 시약중 과황산칼륨 등 8종류는 실험실 유해물질에 해당되어 물질안전보건자료(MSDS)를 실험실내 쉽게 볼 수 있는 장소에 비치하여야 함에도 술퍼민산암모늄 등 2종류는 실험실내 MSDS를 비치하지 않았고, 실험으로부터 발생되어 주변 환경을 오염시킬 수 있는 폐액의 경우 폐산과 폐염기를 별도의 보관용기에 구분하여 저장하여야 하나 폐산 보관용기만 비치하였으며, 폐액 최종처리 시 담당자는 폐액처리 대장을 폐산과 폐염기를 각각 작성·보관하여야 함에도 폐산에 대한 관리대장만 작성·보관하는 등 수질분석실험실 화학물질 관리를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ ○○○ ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】

- 수질분석 실험실 내 화학물질 관리를 소홀히 한 업무담당자 ○○○ ○○ 처분 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	수질	△△△국립공원사무소	○○	

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 수질분석 실험실 화학물질 관련 지침 준수 철저 등 재발방지를 위한 직원 교육을 실시