

일련번호	△△△△-02
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2018년도 △△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2018. 10. 19

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△	2018	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 관리담당자 미변경 등 관리 소홀

(현 황)

- 공단 「응급처치·구조장비 보유기준 및 운용지침(자동심장충격기 운용 및 관리기준)」 제3조(자동심장충격기 설치 및 관리)에 따라 자동심장충격기의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리담당자 및 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등이 기록된 관리카드를 작성하여 보관하여야 하며,
- 또한, 안전대책부-115호(2018.01.30.) 「자동심장충격기 등 응급처치 및 구조장비 운영을 철저」에 따라 사용이력 및 소모품 교체 등의 관리에 만전을 기하도록 함


(위법부당내용)

- △△△△사무소에서는 자동심장충격기(AED)를 언제든지 사용가능하도록 관리하여야하나 사무소 2층에 설치·보관 중인 AED 1대의 패드를 매월 직원교육 등으로 반복 사용하는 패드로 교체·사용 후 그대로 설치·보관하여 감사일 현재까지 관리하였고,
- 또한, 자동심장충격기(AED)의 관리카드의 관리책임자 및 관리담당자를 인사이동 및 퇴사 등의 변경사유가 있었음에도 변경하지 않음
- AED 소모품(배터리, 패드) 교체 현황

관리번호 (설치위치)	일자	내용	비고
△△-4 (본소2층)	2016.11.09.	배터리 교체	
	2017.11.01.	패드 교체(내용년수: 2020.5.)	
	2018.08.01.	직원교육 대비 패드 구매	보관중
	2018.09월~10월	직원교육 등 패드 사용	
	2018.10.15. 감사일	직원교육 등 기사용 패드 설치 관리	미교체

※ 2018.08.01. 직원교육 대비 구매 패드를 9~10월 직원교육 후 미교체함

- 현황사진



자동심장충격기(AED) 관리카드 현황

미교체 패드 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△사무소】
- 자동심장충격기(AED) 관리카드 현행화 및 패드 교체