

일련번호	△△△-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2018년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2018. 8. 31

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2018	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 배터리 및 패드 등 교체이력 관리카드 미기입

(현 황)

- 공단 「응급처치·구조장비 보유기준 및 운용지침(자동심장충격기 운용 및 관리기준)」 제3조(자동심장충격기 설치 및 관리)에 따라 자동심장충격기의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리담당자 및 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등이 기록된 관리카드를 작성하여 보관하여야 하며,
- 또한 안전대책부-115호(2018.01.30.) 「자동심장충격기 등 응급처치 및 구조장비 운영을 철저」에 따라 사용이력 및 소모품 교체 등의 관리에 만전을 기하도록 함

(위법부당내용)


- △△△국립공원사무소에서는 구매·보관 중인 총 6대의 자동심장충격기의 관리카드에 2014년 이후 부속물(배터리 및 패드) 교체이력 등을 작성하지 않음

- AED 소모품(배터리, 패드) 교체 현황

구분	교체일자	교체대상(설치장소)	교체내역
1	2017.01.30.	SP1(△△△사무소)	배터리 및 패드
2	2017.01.30.	SP1(△△△ ○○분소)	배터리 및 패드
3	2016.10.10.	AED-2100K(○○야영장)	배터리 및 패드
4	2017.10.09.	NF1200(○○탐방지원센터 AED)	배터리 및 패드

- 현황사진

별표 10 자동심장충격기(AED) 관리카드

자동심장충격기(AED) 관리카드			
① 설치위치	국립공원사무소	② 관리번호	27-0001389
③ 관리책임자	소속 [] 직급 6급 성명 []	④ 제조회사	CU 메디칼
관리담당자	소속 [] 직급 6급 성명 []	⑤ 제조일자	2014-12-09
⑥ 모 델 명	I-PAD CU-SP1	⑦ 시리얼번호	G1M40X0488
⑧ 배터리 내용연수	2020-07 (유효기간)	⑨ 패드 내용연수	2019-05 (유효기간)
			
작성일자	조치내역(패드, 배터리교체 등)	작성자	확인자

자동심장충격기(AED) 관리카드 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 자동심장충격기(AED) 관리카드 미작성 현황 기입