

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.07.19.

행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
(신분상 경고, 행정상 시정)

제 목 수질실험실 안전관리 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원사무소 수질실험실 시약 보유 및 관리 현황

구분	보유 현황			관리현황				
	품명	화학기호	수량	MSDS 작성	안전표지 부착	화학물질라벨부착		
						물질명	개봉일	관리자
계	-	-	42	-	-	-	-	-
1	염산	[HCl]	3	×	○	○	×	×
2	황산	[H2SO4]	3	○	○	○	×	×
3	수산화나트륨	[NaOH]	5	○	○	○	×	×
4	과황산칼륨	[K2S2O8]	5	○	○	○	×	×
5	몰리브덴산암모늄 (4수화물)	[(NH4)6Mo7O24· 4H2O]	3	○	×	○	×	×
6	술퍼민산암모늄	[NH4OSO2NH2]	2	○	○	○	×	×
7	L-아스코르빈산	[C6H8O6]	3	○	×	○	×	×
8	주석산안티몬칼륨	[C4H4O7SbK 0.5H2O]	3	○	○	○	×	×
9	질산칼륨	[KNO3]	2	○	○	○	×	×
10	제2인산칼륨	[K2HPO4]	1	○	○	○	×	×
11	실리카겔	[SiO2 · 2H2O]	4	○	○	○	×	×
12	에틸알콜	[C2H5OH]	2	○	○	○	×	×
13	버퍼솔루션(pH4)	-	2	×	×	○	×	×
14	버퍼솔루션(pH7)	-	2	×	×	○	×	×
15	버퍼솔루션(pH11)	-	2	×	×	○	×	×

○ 공단 「수질측정 및 실험실 운영지침」에 따르면 실험실 내에서 사용하는 모든 유해물질은 ① 물질안전보건자료(MSDS)*를 비치하고 취급전 반드시 숙지하여야 하고, ② 화학물질의 성분에 따라 안전표지**를 반드시 부착하여 보관하여야 하며, ③ 화학물질에 대하여 화학물질 라벨(물질명, 개봉일, 관리자)을 부착하여 보관하여야 함. 또한, ④ 실험실 안전관리 점검을 분기마다 실시하여 안전사고 예방에 철저를 기하여야 하고, ⑤ 실험으로부터 발생하는 액체상태의 실험 폐액을 보관하는 폐액보관 용기에는 경고표지, 주의사항, 부서명, 관리자 등을 기입하여 실험폐액 관리에 철저를 기하여야 함

*실험실에서 사용되는 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제의 명칭, 물리·화학적 성질, 유해·위험성, 폭발, 화재 시 방재요령, 환경에 미치는 영향 등을 기록하나 자료로 화학물질을 안전하게 사용할 수 있도록 안내하는 지침서

※※<안전 표지>



- 보전정책부-546호(2019.03.06.)에 따르면 수질분석 사무소에서는 「수질실험실 화학물질관리지침[보전정책부-1595호(2017.07.17.)]을 숙지하여 실험실 안전관리에 각별히 유의하도록 지시함.
- △△△권역 합동 수질분석을 위한 수질실험실을 운영하면서, ① 실험실 내에서 사용하는 모든 유해물질은 물질안전보건자료(MSDS)를 비치하여야 함에도 염산 등 4종류의 화학물질에 대하여 MSDS를 비치하지 않았고, ② 화학물질의 성분에 따라 안전표지를 반드시 부착하여야 함에도 폴리브덴산암모늄 등 5종류(12EA)의 화학물질에 대하여 안전표지를 부착하지 않았음.
- 또한, ③ 화학물질에 화학물질 라벨(물질명, 개봉일, 관리자)을 부착하여 보관하여야 함에도 황산 등 15종류(42EA)에 대하여 화학물질 라벨을 부착하지 않았고(물질명은 부착됨), ④ 실험실 안전관리 점검을 분기마다 실시하여야 함에도 점검을 이행하지 않았고.
- ⑤ 폐액보관 용기에는 경고표지, 주의사항, 부서명, 관리자 등을 기입하여야 함에도 현재 사용하고 있는 폐액보관 용기 2EA 모두 경고표지, 주의사항, 부서명, 관리자 등이 기입되지 않는 등 수질실험실 운영을 소홀히 한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

○ 신분상 경고 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 수질실험실 화학물질 관리 등 안전관리 업무 소홀
[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○	○○○	수질	△△△국립공원사무소	경고	휴직

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 수질실험실내 화학물질에 대하여 MSDS 비치준수, 안전표지판 부착, 화학물질 라벨부착, 폐액보관용기 경고표지 부착 등 관련규정을 준수하여 수질실험실을 관리