

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 자동심장충격기(AED) 운용 및 관리 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 자동심장충격기(AED) 관리 소홀

관리번호	설치위치	제조회사	제조일자	패드 내용연수	배터리 내용연수
○○○-01	재난안전상황 입구 좌측	HeartSine	2019.06.	4년	4년
○○○-08	재난안전상황실내	SCHILLER	2015.03.	3년	5년
○○○-10	재난안전상황실내	SCHILLER	2016.08.	2년	5년

○ 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당 부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음. 또한 고정형 자동심장충격기가 설치된 건물 입구와 내부에는 자동제세동기가 설치되어 있음을 알 수 있도록 국제표준화기구 표준안에 근거한 설치안내(방향표시 등) 표지를 부착하여야 하며

- 안전관리 업무 담당자 1명 이상을 관리책임자로 지정하여 지역 관할 보건소를 통한 통합응급의료정보 인트라넷에 등록·관리(매월 1회 정기점검)하고 제품별 보증기간을 확인하여 부속품을 교체하여야 하며 교체 및 사용이력 등을 관리 카드에 작성 및 보관하여야 함

○ ○○○국립공원사무소는 재난안전상황실 일원에 3대의 자동심장충격기(AED)를 운용하고 있으나 건물 입구와 내부에 AED 비치 안내를 하지 않았고, ○○○

-01 AED 보관함에는 비상연락처(담당부서, 담당자 등)가 미부착된 상태임

- 또한, 사무소에서 운용하는 AED는 지역 관할 보건소의 통합응급의료정보 인터넷에 내용연수 등을 입력하여 정기적으로 관리 하여야 하나, ○○○-10 AED의 경우 패드의 내용연수가 2년임에도 관련 시스템에는 5년(배터리 내용연수)으로 입력하였음
- 아울러, AED 부속품 교체시 사용이력 등을 관리카드에 작성·보관하여야 함에도 미작성하는 등 관련 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- AED 비치 안내문 등 부착, ○○○-10 패드 내용연수 전산 재입력

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련