

## 감사결과 처분요구서

|         |                               |        |          |
|---------|-------------------------------|--------|----------|
| 처분요구 번호 | 2019-104                      | 처분요구일자 | 2019. 11 |
| 처분종류    | 개선                            |        |          |
| 관계부서    | ㄹㄹ처(****팀)                    |        |          |
| 제 목     | 측정기(계측기) 검·교정 주기 및 운영기준 수립 필요 |        |          |

### 지 적 내 용

ㄹㄹ처(\*\*\*\*팀)는 자산취득 및 처분, 자재관리 등 자산을 총괄관리하며 자산 관련한 규정을 제정·개정하는 업무를 담당하고 있다.

국가교정기관지정제도운영요령(국가표준기술원고시 제2016-398호) 제40조 규정에 따르면 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 측정기를 교정하여야 하며 측정기의 정밀도, 안전성, 사용빈도, 환경 등을 감안하여 과학적이고 합리적인 교정 기준을 자체적으로 정하여 운용할 수 있도록 되어 있다.

또한 같은 요령 제40조에 따라 자체적인 교정주기를 과학적이고 합리적으로 정할 수 없는 경우에는 국가기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용해야 한다.

현재 우리공사는 약 1,500종의 측정기를 부서별로 보유·운영하고 있으나, 교정 주기에 대한 상세기준이 없어 교정주기를 임의로 선정하는 등 부서별로 상이하게 관리하고 있다.

따라서 점검주기 미준수 시 측정기 점검결과에 대한 신뢰성 문제로 각종 설비 안전성 및 운영효율성이 저하될 우려가 있으므로, 관련규정에 따라 측정기(계측기)가 적기에 검·교정되어 운영될 수 있도록 교정주기 및 운영기준 등 내부규정 개정이 필요하다.

## 관련부서 및 해당부서 의견

ㄹㄹ처(\*\*\*\*팀)는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

사장(ㄹㄹ처장)은 측정기를 적기에 검·교정하여 설비 등의 안전성 및 운영효율성을 확보할 수 있도록 측정기에 대한 교정주기 및 운영기준에 대한 규정을 수립하기 바랍니다. (개선)

## 인천국제공항공사 상임감사위원

|         |
|---------|
| 직 인 생 략 |
|---------|