

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2020-113	처분요구일자	2020-12-22
처 분 종 류	주의, 권고		
관 계 부 서	○처(◎팀), ◇처(◆팀)		
제 목	○○○장비 검교정 관리 미흡		

지적내용

◇처(◆팀)은 이동지역의 안전 관련 업무를 담당하고 있으며 국토부 고시 「공항 보호구역 안전관리기준」 제23조 및 「이동지역안전지침」 9.1.4에 따라 운전자 및 이동지역 근무자의 불시 음주측정 등 지상안전사고 예방을 위한 조치를 시행하고 있으며, '19년 이동지역 음주단속 시행계획을 수립하여 운전자 안전사고 발생자에 대한 음주측정 및 서향청 합동 특별 음주단속을 7회 시행하였다.

이를 위해 ◆팀은 ○○○장비(○○기 7대, ○○기 1대)를 보유하고 있으며, ○○기의 정도관리를 위한 교정 주기는 관련 법규에서 4개월을 권장하고 있고 공급사의 교정확인서 유효기간은 6개월이므로 최대 6개월 이내 검교정을 시행하는 것이 적절하다.

그러나, ◆은 ○○기에 대해 '18년 12월 검교정 시행 이후 '19년 12월 및 '20년 9월에 검교정을 시행하여 검교정 주기를 초과하는 등 장비의 정도관리가 미흡하였다.

한편, 코로나-19 확산에 따라 ◆팀은 불시/특별 음주 단속을 시행하지 않고 있으나, 향후 공용 ○○○장비 사용에 따른 코로나 외 여타의 감염병 예방을 위한 장비 소독절차 수립이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

'19년, '20년 2차례 ○○기의 검교정을 누락한 사실을 확인하였으며 검교정 주기를 업무시스템에 표출토록 하는 등 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(○처장)은 ○○기에 대해 검교정 주기를 초과하여 운영하는 등 검교정 관리를 미흡하게 처리한 관련자에 대해 「인사규정」 제51조 3항에 따라 '주의' 조치 하시기 바랍니다. (주 의)

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
◇처(◆팀)	S6급	A	91개월	이동지역 안전 강화 방안 수립 등	◇처(◆팀)

② 사장(◇처장)은 ○○○장비의 검교정이 적기에 시행될 수 있도록 개선 방안 및 향후 장비 사용 재개시 코로나-19 외 여타 감염 예방을 위한 ○○○장비 소독절차 수립 등 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (권 고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략