

## 현지조치사항 통보서

|         |              |
|---------|--------------|
| 처분요구 번호 | 2020년도 - 125 |
| 수 신     | ○처(◎팀)       |
| 제 목     | □□□관리 미흡     |

### 지 적 내 용

- ◇◇(주)는 자체 구매한 □□장비 3대를 보유하고 있으며, 관련 법규 및 제작사의 권장주기에 따라 6개월 내 검교정하는 것이 적절하나 '14년 □□장비를 구매 후 교정을 시행하지 않아 □□□ 결과에 대한 신뢰성 저하가 우려됨
- 또한, 자체 수립한 「△△△ 운영매뉴얼」에는 △△△ 사고 발생시 □□□을 시행하는 절차가 없으며, 측정 결과지의 확인자(조장)에 대한 기준이 없어 근무조장이 본인의 □□□을 하고 있었으며, □□장비 소독 절차가 반영되지 않는 등 개선이 필요함

### 조치할 사항

- ◎팀은 △△△ 운영 용역에 대한 담당부서로서 ◇◇(주)가 △△△ 운전원에 대해 상기 미비사항을 보완하도록 절차를 정비하는 등 □□□ 관리강화 방안을 마련토록 조치

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지 조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일 내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2021년 1월 2일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2020년 12월 3일

감 사 2 반 장 박 금 암 (인)

직인 생략