

전 북 대 학 교 병 원

개선요구

일련번호 : 3

제 목 의료기자재 수리용 부품 재고관리 미흡

소관부서 전북대학교병원 △△△과

내 용

○ △△△과에서는 각 진료과에서 사용 중인 의료기자재의 수리용 부품을 구입·보관하여 사용하고 있다.

의료기자재 수리용 부품에 대하여는 적정 재고량을 판단하여 부품을 구입·사용하여야 하고, 관련 의료기자재가 노후화 또는 기타 사유로 더 이상 사용이 불가능할 경우에는 관련 수리용 부품을 자산관리부서에 반납 또는 폐기 요청하는 등의 조치를 하여야 한다.

그러나 의료기자재 수리용 부품에 대한 재고관리 실태를 확인한 결과, [표2] 미사용 의료기자재 수리부품 보관 현황과 같이 관련 의료기자재가 폐기되어 더 이상 사용할 가능성이 없는 수리용 부품 Battery 등 7종 16개 부품을 자산관리부서에 반납이나 폐기 요청 등의 조치 없이 장기간 보관하고 있는 사실이 확인 되었다.

[표2] 미사용 의료기자재 수리부품 보관 현황

순번	품명	수입일자	수량	사유
1	Battery(Responder 3000)	2013.11.21	1	장비폐기
2	Amsco Poralis Lamp	2014. 1.10	5	“
3	Amsco SQ240 Lamp	2013.10.17	3	“
4	더마텝 고속모터	2013.10.17	2	“
5	Mini Motor SA	2013.10.17	1	“
6	SPO2 Sensor 국산	2013.10.17	2	“
7	현미경Lamp 나비형	2013.10.17	2	“

조치할 사항

전북대학교병원장(△△△과장)께서는

△△△과에서 사용하고 있는 의료기자재 수리용 부품 중 더 이상 사용할 가능성이 없는 부품에 대하여는 자산관리지침 등 관련 규정이 정하고 있는 방법 및 절차에 따라 반납 또는 폐기될 수 있도록 조치하시고, 추후 유사한 일이 재발 되지 않도록 수리용 부품에 대한 적정 재고량 유지 등 개선방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)