

전 북 대 학 교 병 원

통 보

일련번호 : 1

제 목 고정자산 손망실 처리 부적정

소관부서 전북대학교병원 ○○○○과

내 용

○ ○ ○ ○ 과의 혈관조영실에서는 2018. 10. 12. 혈관조영장치(DSA)의 Angio용 Large Display(60inch Monitor)가 직원 부주의로 손상되어 □□□과에 수리를 신청(【붙임】참조)하여 수리 후 사용하고 있다.(수리용 모니터 구입비용 84,000,000원)

「자산관리지침」 제5조에 의하면 ○○○○과의 자산운용담당은 ○○○○과장(정)과 ○○○○○○실장(부)로 지정되어 있고, 자산운용담당은 소관 자산의 관리, 운용에 관한 책임을 지도록 규정하고 있으며, 같은 지침 제15조는 고정자산을 망실 또는 훼손하였을 경우에 운용부서장은 「손망실보고서」를 작성하여 자산관리부서(△△△△과)에 제출하고, 자산관리부서는 원장에게 보고하여 처리하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○○○과 자산운용담당인 ○○○○과장은 소관 고정자산이 손망실 되었을 때에는 □□□과에 수리를 신청하여 정상적으로 운용하는 조치 외에 자산관리지침이 정하는 바에 따라 자산관리부서에 손망실 보고를 하여 자산관리부서에서 손망실에 따른 관련 직원의 책임 유무 및 책임의 범위, 손해배상 청구 여부 등 사후 조치를 할 수 있도록 조치하였어야 함에도 관련 규정 미숙지로 이를 소홀히 하여 자산관리부서가 사후 조치에 대한 검토를 할 수 있는 기회를 상실하게 하는 결과를 초래하게 하였다.

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○○○○실장)께서는

소관 의료기자재 등 고정자산에 손망실이 발생하지 않도록 직원 교육 및 관리감독을 철저히 하시기 바라며, 향후 손망실 발생 시 자산관리지침이 정하고 있는 바에 따라 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

【붙임】

의료기기 수리()신청서

고정자산관리번호	CO2015000176		
물 품 명	혈관조영장치(DSA)		
규 격	ARTIS Q CEILING		
수 량	1		
구 인 가	1,167,700,000		
구 인 일	2015-09-04		
수 리 요 청 일	2018-10-12		
요 청 부 서			
고장() 내용: 본관 혈관조영실 ARTIS Q CEILING 모니터 파손			
수리() 내용: 영 중인 혈관촬영기(Angiography)가 환자 시술중 Angio용 Large display(60inch Monitor)와 시술 부위를 빛추어 주는 무영등이 부딪친 충격으로 모니터가 손상되어 화면에 Black point의 범위가 넓어지고, Vertical line이 심하게 발생하는 현상으로 시술부위 이미지를 정확히 확인할 수 없어 긴급 구매하여 교체하였습니다.			
수 리 요 료 일 시	2018-10-16		
수 리 구 분	() 외주() 구매(√) 불용()		
수 리 달 당 자		수리비용	84,000,000