

충남대학교병원

시정 · 주의요구

제 목 의료기기 안정적 유지보수 및 용역관리 부적정

관련부서 ★★실(★★팀)

내 용

「업무분장규정」에 따르면 ★★팀장은 의료기기의 점검, 유지보수 및 용역관리에 관한 업무수행 하고 있다.

따라서 위 부서는 각 부서의 의료기기 관리항목 리스트 점검 및 관리를 통하여 우리병원의 의료기기를 최상의 상태로 유지 관리하여 원활하고 안정적인 운영이 이루어지도록 기술적 지원을 하고 각종 의료기기의 운영 프로그램을 유지보수 기한내에 지속적으로 업그레이드 등을 하여야 했다.

그런데 위 부서에서는 ◇◇◇과의 PET/CT 장비의 운영상 모든 상황을 관리하고 영상데이터를 처리하는 프로그램인 Enterprise Archive Server(Archiving License ver 3.0)가 2016년 11월 제조사인 ●●●●●●의 서비스 종료(End of Service)가 된 사실을 감사실 현재까지도 인지하지 못하여 프로그램의 버전업이 되었음에도 최초 구입 · 설치 한 프로그램 그대로 운영하고 있다.

그 결과 PET/CT 운영 중 프로그램장애 발생으로 인해 영상데이터 소실 및 손상이 있을 경우 제조사(●●●●●●)의 공식적인 Service를 받지 못하게 되어 고가의 장애복구 비용 및 장비운영 중단에 대한 손실이 추가로 발생하게 되는 원인이 되는 등 관련 의료기기관리를 소홀히 하고 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 우리병원의 각종 의료기기에 대하여 관련 소프트웨어를 조사하고 정비하여 각각의 의료기기의 상황에 맞게 대처방안을 마련하시고(시정)
- ② 앞으로 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자 : ★★실 ★★팀 팀장 ★★ 3급 계 - 주의]