

충남대학교병원

경징계(감봉) 및 경고 요구

제 목 ◆◆◆◆◆장비의 안전관리 업무 태만

관계부서 ◇◇◇◇과(◆◆◆◆◆실)

내 용

◇◇◇◇과 무은 2017.04.01.(토)부터 2018.03.02.(금) 감사일 현재까지 응급촬영 야간 전담반으로 CT, 일반촬영, ◆◆◆촬영, 등의 업무를 수행하고 있으며, 팀장 기과 ■■■■■실장 경은 이 직원에 대한 지휘·감독의 책임이 있는 사람이다.

의료기관「인증규정」3.3.7 “방사선안전관리 절차-◇◇◇◇과” 제5조 제6항 제6호 ◆◆◆실 안전관리에 따르면 ◆◆◆검사실 내 발생할 수 있는 위험요소 확인할 수 있는 절차로 ◆◆◆검사실 내 모든 장비, 비품 및 소모품등은 비자성체 제품을 사용하도록 되어 있다.

그리고 2015년 위 부서에서 제정한 ◆◆◆실 안전관리지침 나항에 따르면 ◆◆◆검사 전에 환자의 몸속에 자성체를 가진 물질이 있는지 확인하고 촬영실에 들어가기 직전에 다시 한 번 금속탐지기로 확인하도록 되어있다.

따라서 ◆◆◆촬영 전에 환자의 몸속이나 외부 까지도 자성을 띤 금속성물질이 있는지 세심히 살피고 확인함은 물론 이러한 물질을 발견 시 즉시 제거한 후 촬영에 임했어야 했다.

그런데 위 사람은 이러한 업무를 태만히 하여 이를 따르지 않았을 뿐만 아니라 민원발생 소지가 있고 보호자의 완강한 거부한다는 이유로 사전에 위험요소를 제거

하지 않고 그대로 촬영을 진행하였다.

그 결과 환자 무릎에 받쳐져 있던 철제다리 받침대가 ◆◆◆장비에 달라붙게 되어 ◆◆◆장비가 파손되었고 긴급 수리하게 된 결과 이 장비의 수리비용이 약99백만원 (견적금액) 발생하여 병원재산에 손해를 가져오게 되었다.

징계요구 양정 응급◆◆◆장비의 안전관리 업무를 태만히 한 갑의 행위는 「복무규정」 제4조(성실의 의무)를 위배한 것으로 「인사규정」 제61조 제3호의 징계 사유에 해당된다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 응급◆◆◆장비의 안전관리 업무를 태만히 한 무를 「인사규정」 제68조의 규정에 따라 경징계(감봉) 처분하고,
- ② 소속 직원의 지휘·감독을 소홀히 한 팀장과 ■■■■■실장에게는 경고를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자 :	◆◆◆◆과	◆◆◆◆◆실	담당	○○○○급	무	- 감봉,
	◆◆◆◆과	□□□실	팀장	●● ●급	기	- 경고,
	◆◆◆◆과	■■■■■	실장	●● ●급	경	- 경고.]