

충남대학교병원

권고

제 목 ○○○○○○○센터 흉부 X-ray 검진장비 운영 방안 마련

관계부서 ○○○○○○○센터

내 용

○○○○○○○○센터는 검진상품(189개)를 이용하여 개인 및 단체로부터 검진예약을 접수하여 검진 업무를 수행하고 있고 모든 검진상품에 포함된 필수검진 항목인 흉부 X-ray 촬영을 하고자 【표1】 과 같이 X-ray 장비를 도입하여 운영하고 있다.

【표1】 흉부 X-ray 촬영 장비 운영 내역

(단위:원)

자산번호	품명	규격	제조사	단위	수량	최득금액	취득일
8060160030 0001	CHEST RADIOGRAPHY (흉부전용촬영기)	ACC 650R	(주)■■■■ ■■■	SET	1	16,800,000	2007-10-24
9091030020 0003	Computed Radiography System	ADC Solo Digitizer	▶▶▶▶	SET	1	81,189,390	2004-04-29

출처: ○○○○○○○센터 제출 자료, ●●실 자체 조사

한편 위 장비를 이용한 흉부 촬영 방식을 살펴보면, X-ray 촬영기에서 촬영한 영상을 CR(Computed radiography) 디텍터 장비를 이용하여 별도의 CR 전용 카세트에 저장하고, 이후 카세트 리더기를 통해 촬영 영상을 전자이미지로 송출하여 모니터(화면)로 전송하는 방식으로 주로 2000년대 초반에 사용되었고 최근 X-ray 촬영장비 도입 시에는 사용하지 않고 있는 방식이다.

그러나 ○○○○○○○센터는 아직까지 위 방식을 이용하므로 인해 1) 검진 환자에 따라 CR 전용 카세트 사이즈(14cm×17cm)를 초과하여 촬영이 어려운 경우 국가검진센터 흉부촬영실로 환자를 재 안내 해야 했고, 2) 카세트에 영상을 저장 후 재촬영이

필요한 경우 카세트 교체 및 카세트 리셋 과정이 부수적으로 발생하게 되는 등 그로 인해 검사 대기시간 증가로 검진 환자의 불편이 초래될 것으로 우려된다.

이러한 검진환자의 불편은 **【표2】** 와 같이 ○○○○○○센터에서 지속적으로 활성화하고 있는 고가검진상품인 프리미엄 검진고객에게 충분한 편의를 제공한다고 볼 수 없다고 할 것이고, 프리미엄 검진 활성화 및 병원 이미지 제고에도 도움이 된다고 볼 수 없다고 보여진다.

【표2】 ○○○○○○센터 프리미엄 검진 현황

(단위:원)

검진상품	2017년		2018년		2019년 3월		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
특화 프리미엄(남)	99	177,915,280	119	241,232,720	28	241,232,720	
특화 프리미엄(여)	70	123,083,940	85	175,789,450	24	175,789,450	
합계	169	300,999,220	204	417,022,170	52	107,339,500	

출처: ○○○○○○센터 제출 자료 재구성

또한 위 디텍터 장비와 동일한 모델의 병원 내 자산 이용 현황을 살펴보면, **【표 3】** 와 같이 ○○○○○○센터 외는 일부 부품 단종 등의 사유로 수리가 불가능하여 폐기권고되어 현재는 이용하지 않거나, 예비용으로 보관하고 있음을 알 수 있다.

【표3】 흥부 X-ray 촬영 디텍터 장비 자산 현황

(단위:원)

자산번호	품명	규격	제조사	단위	수량	취득금액	취득일	사용 여부
90910300 200003	Computed Radiography System	ADC Solo Digitizer	▶▶▶▶	SET	1	81,189,390	2004-04-29	♂♂센터 사용
90910300 100001	Computed Radiography System	ADC compact plus	▶▶▶▶	SET	1	81,189,390	2004-04-29	폐기권고 (2016년)
90910300 200004	Computed Radiography System	ADC Solo Digitizer	▶▶▶▶	SET	1	81,189,425	2004-04-29	폐기권고 (2016년)
90910300 100002	Computed Radiography System	ADC compact plus	▶▶▶▶	SET	1	81,189,390	2004-04-29	■■■■실(예비용 보관)

출처: ○●●실 자체 조사

조치할 사항 충남대학교병원장은 타 국립대학교병원 ○○○○○○센터의 흉부 X-ray 촬영 장비 현황, 자산 이용가치(고장 시 수리 가능 여부), 병원 재정적 여건 등을 검토하여 검진 환자 불편을 최소화 하고 병원 이미지를 제고 할 수 있도록 흉부 X-ray 촬영 장비의 효율적인 운영 방안을 마련하시도록 권고 드립니다. **(권고)**