

통 보 사 항

1. 제 목 : 대장내시경 **Colono Videoscope** 수선유지비 집행에 관한 사항
2. 관계기관 : \$\$병원
3. 내 용 : \$\$병원에서는 소화기내과 대장내시경 검사에 사용되는 Colono Videoscope가 핸들의 각도 부족과 핸들 무거움으로 사용에 어려움이 발생하자 수의계약을 통하여 [표 1]과 같이 수리하였습니다.

[표 1] Colono Videoscope 수리현황

(단위 : 원)

제품명	수량	단가	금액	계약업체	수리일
GL28320 CONNECTING TUBE	1	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW	♡▼♡▼(주)	'15.04.06.
GV754200 BENDING TUBE UNIT	1	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW		
3.7HYP-I TH	1	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW		
AW-CHANNEL TH	1	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW		
GA091200 LG BUNDLE UNIT	1	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW		
계	5	₩,WWW,WWW	₩,WWW,WWW		

소화기내과 대장내시경 검사에 사용되는 Colono Videoscope는 ‘12.07.20. ♡▼♡▼(주)와 계약금액 ₩,WWW,WWW천원에 중앙구매계약을 체결하여 ‘12.07.25. 병원에 설치하였으며, Colono Videoscope에 대한 보증기간은 설치 및 정상 작동 후 3년으로 하였습니다.

따라서, Colono Videoscope의 경우 보증기간 내에 사용자의 책임이 아닌 고장 등의 사유로 수리 및 교체 사유가 발생하였을 경우에는 계약내용에 따라 무상으로 교체 및 수리를 하여야 합니다.

그런데, Colono Videoscope의 고장 사유가 사용자의 책임이 아니고 보증기간 적용의 특별한 예외조항이 없음에도 보증기간에는 해당되나 장비의 하자가 아닌 지속적으로 사용하는 과정에서 부품의 부분적 노후로 인한 증상으로 부품

수리비용은 사용자가 부담하여야 한다는 공급업체의 의견에 따라 \$\$병원에서 수리비용(2,668,300원)을 지불한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ \$\$병원장은

- 의료장비 납품업체와 하자보증 처리에 대해서 이견이 있을 경우 해당 장비의 고장 사유 등에 대해서 원인을 명확히 밝힌 후 수리하는 등 의료장비 하자처리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)