

시 정 사 항

1. 제 목 : 진료재료 처방 및 수가산정 부적정

2. 관계기관 : ##병원

3. 내 용 : ##병원에서는 공단 설립목적에 맞게 국가유공자 및 유가족과 지역주민에게 의료서비스를 제공하고 [표 1]과 같이 2015년도 진료실적을 실현하였습니다.

[표 1] 2015년도 진료실적

(단위: 명, 천원)

구분	국 비			사비			합 계
	입원	외래	계	입원	외래	계	
진료인원	92,274	217,367	309,641	34,978	112,319	147,297	456,938
진료금액	18,312,759	22,454,260	40,767,019	5,980,768	6,286,775	12,267,521	53,034,540

「건강보험요양급여비용」 제2장 검사료 및 제9장 처치 및 수술료 등의 산정지침에 따르면 검사와 처치 및 수술시에 사용된 약제 및 치료재료대는 소정점수에 포함되므로 별도 산정하지 아니한다. 다만, 다음에 열거한 약제 및 치료재료대는 “약제 및 치료재료의 비용에 대한 결정기준”에 의하여 별도 산정할 수 있도록 규정하고 있습니다.

제2장 검사료 (바) 제2장 분류항목에 별도로 규정한 약제 및 재료대

제9자창 처치 및 수술료 ㉗ 제1절 및 제2절 분류항목에 별도로 표기한 경우

##병원에서는 환자의 건강증진을 위해 요양급여를 실시하고 「건강보험요양급여비용」 분류항목의 적용하고 별도로 산정할 수 있는 약제 및 치료재료를 사용한 경우에 처방입력을 하고 환자에게 정확한 진료비 산정하여 과오 수납이 되지 않도록 하여 병원 운영에 문제가 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데, ##병원 진료행위 대비 재료산정에 대한 자료를 분석한 결과, 입원 환자에게 하기도 증기흡입치료(자-4-1)를 시행할 때 필요한 Nebulizer Kit을 입원기간 중 1개에 대해 별도로 산정할 수 있도록 명시되어 있는데 [표 2]과 하기도 증기흡입치료를 시행하고도 Nebulizer Kit 재료가 산정되지 않은 수량이 366개이며, 929천원의 수입손실이 발생 한 것이 확인되었습니다.

[표 2] Nebulizer Kit 미산정 현황

(단위: 개, 원)

구분	2013.7~12월	2014년	2015년	2016.1~5월	합계
개수	76	140	94	56	366
금액	191,172	357,114	235,794	144,872	928,952

또한, 24시간 홀터기록 심전도감시 및 혈압측정검사의 경우 「건강보험요양 급여비용」의 분류항목 내역에 1회용 배터리를 사용할 때에 재료대를 별도 산정할 수 있도록 명시되어 있는데, ##병원의 경우 24시간 홀터기록 심전도감시 장비는 2005.12.28. 자가 충전이 가능한 장비로 교체되었고, 혈압측정검사 장비는 2014.11.28. 장비 도입시 배터리 충전기를 구입하여 두 검사장비 모두 1회용 배터리를 사용하지 않기 때문에 재료대 별도 산정은 불가한 상태이지만, 장비 교체 및 사용방법 변경에 대한 실태를 확인하지 않고 그룹수가로 계속 산정되어 [표 3]과 같이 '13.07.~'16.05월까지 1회용 배터리 사용수가로 3,943천원이 착오산정된 것이 확인되었습니다.

[표 3] 심전도측정기 혈압측정기 1회용 배터리 산정내역

(단위 : 건, 원)

구분	2013년		2014년		2015년		2016.5월		합계	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
24시간 홀터기록 심전도감시	95	136,570	439	373,396	594	189,179	247	89,488	1,375	809,280
24시간 혈압측정검사	-	-	642	203,514	8,154	2,594,856	1,006	335,368	9,802	3,133,738
합 계	95	136,570	1,081	576,910	8,748	2,784,035	1,253	424,856	11,177	3,943,018

4. 조치할 사항

○ ##병원장은

- 처방 누락으로 인한 928,952원은 청구하여 회수하시고 진료재료 수가 산정 착오로 인한 3,943,018원은 환급조치 하시기 바라며,(시정)
- 진료재료 산정기준에 대한 교육과 신규 및 교체 의료장비 도입 시 관련 수가에 대한 적극 검토하여 진료수익이 과소 및 과다 책정되지 않도록 철저히 관리하여 주시고,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)