

시 정 사 항

1. 제 목 : 신규의료장비 관리 및 의료장비 활용 부적정
2. 관계기관 : ★★★★★병원
3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 최근 3년간 163억 원 상당의 의료장비를 구입하여, 5억 원 상당의 의료장비 수선유지비를 [표 1]과 같이 집행하였습니다.

[표 1] 의료장비 구입 및 수선유지비 집행현황

(단위 : 백만 원)

구분	계	2016년	2015년	2014년
구 입 비	16,314	4,445	7,716	4,152
수선유지비	545	198	183	164

가. 신규의료장비 관리 부적정

★★★★★병원 치과에서는 기존 수작업으로 제작되던 인공치아를 구강 스캐너와 3D 소프트웨어, 정밀 가공기를 통하여 간편하게 진단하고 정밀하게 보철물을 제작하기 위하여 캐드캠 1세트를 [표 2]와 같이 중앙구매를 통하여 구입하였습니다.

[표 2] 캐드캠 1세트 구입현황

(단위 : 천 원)

구분	수량	금액	계약기간	검수일자	설치일자
캐드캠 1세트	1	₩₩₩,₩₩₩	'16. 7.18. ~ '16. 8.31.	'16. 8.17.	'16. 8.17.

기획재정부 「계약예규 물품구매(제조)계약일조건」 제21조에 따르면, 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당물품의 대체납품 또는 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 우리 공단 「계약사무규정」 제85조에 따르면 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서 및 기타 관계 서류에 의하여 검사를 실시하도록 되어있습니다.

그러므로 신규 도입장비인 캐드캠 1세트를 검사 할 때에는 구매계약서의 계약조건, 장비사양서 및 정상적인 작동여부 등을 확인 후 이상이 없을 경우 검사를 완료하여야 하며, 납품 후 1년 이내에 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이할 경우 해당물품의 대체납품 또는 물품대금을 반환하도록 하여야 합니다.

그런데 캐드캠 1세트 작동현황을 확인한 결과, 구강 Scanner 작동 등의 문제로 인하여 [표 3]과 같이 '16. 8.17. 캐드캠 1세트 납품 후 지속적으로 문제가 발생하여 감사일 현재('17. 5월)까지 정상적으로 운영하지 못하고 있는 사실이 있습니다.

[표 3] 캐드캠 1세트 정비현황

일자	주요 오류내용
'16. 9. 1.	Merge(scan 후 작업)후 scandata에 위치 변형으로 작업불가
'16. 9. 6.	밀링 후 절단부와 마진부 찢림 현상 발생
'16. 9.13.	밀링 후 내면이 삭제가 안 된 경우 발생(외면 bar 교체 후에도 지속발생)
'16. 9.21.	에러 후 강제 종료된 후 다시 scan 작업을 하려하자 진행 안 됨
'16.10.11.	Merge(scan 후 작업) 후 bite scan을 다시 채득하려 이전 단계로 돌아가자 scandata들에 들뜸 현상 발생

또한, 납품받은 장비의 오류발생 등으로 인하여 장비를 지속적으로 사용하지 못함에 따라 ★★★★★병원에서는 계약업체와 3차례에 걸쳐 [표 4]와 같이 확약서를 작성하였습니다. '16.10.18. 작성된 확약서 내용에서는 작성일을 기준으로 3개월 후에도 기공물의 제작오류가 발생하면 납품된 장비를 반품하고 물품대금을 반환토록 되어있어 장비를 반품하고 물품대금 반환 등의 조치를 취하여야 함에도, 별도의 조치를 취하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표 4] 계약업체와 체결한 확약서 주요내용

작성일자	주요내용	비고
'16.10.18.	○ 내용 : AEGIS CAD/CAM System 기공물 제작 오류 수정 및 향후 대책에 관한 사항(확약서) ○ 확약내용 - 계약업체는 향후 3개월간 AEGIS CAD/CAM System의 Software 및 Milling Machine의 오류수정 후 완성된 기공물이 나올 때까지 노력한다. - 3개월간 계약업체는 본사직원을 ★★★★★병원 ○○○원에 파견하여 Software 및 Milling Machine 오류수정에 적극 협조한다. - 3개월 후에도 AEGIS CAD/CAM System의 기공물 제작오류가 발생한다면 ★★★★★병원 ○○○원에 계약 납품된 일체의 기기를 반품하고 환불한다.	병원 ↔ 계약업체
'16.11. 9.	○ 제목 : AEGIS CAD/CAM System 기공물 제작 오류에 관한 보완책 ○ 주요내용 - 향후 3개월간 계약업체는 본사직원을 주2회 ★★★★★병원 ○○○원에 파견하여 Software 및 Milling Machine 오류수정에 적극 협조한다. - ★★★★★병원 ○○○원에서 전달받은(사용 중 오류발생 현황)외에 작업 시 Data가 삭제되는 등의 심각한 오류발생이 없도록 노력한다. - 사용 시 AEGIS CAD/CAM System의 명백한 오류로 인한 블록의 소모는 무상 교체한다. - 3D Printer를 Temporary로 사용하거나 Casting용으로 사용 가능하게 노력한다. - 3개월 후 최종 판단 시 경쟁사의 정밀도 등을 기준으로 비교 평가한다.	병원 ↔ 계약업체
'17. 5.17.	○ 제목 : 확약서 ○ 주요내용 - 6월 말까지 AEGIS VR 업그레이드 완료한다. - 10월 말까지 AEGIS VR 및 PO에 대한 업그레이드 방비를 11월 초에 무상 교환 신제품 납품. - AEGIS VR 업그레이드 후 Test용 블록(30ea)무상 지원 - 3D Print Test용 레진 무상 지원(Crown&Bridge용 1kg, Surgical Stent용 1kg) - '17.12.31.까지 입찰내용에 부합되지 않는다면 전 제품을 반품하며, 금액을 전액 환불 조치한다.	계약업체 → 병원

나. 의료장비 활용에 관한 사항

의료장비를 취득할 때에는 진료의 필요성, 활용빈도, 도입에 따른 환자 만족도 증가, 장비가격 등을 포함한 장비 활용계획을 세워 취득여부를 판단하여야 하며, 취득된 장비는 당초 도입 목적대로 사용될 수 있도록 관리하여야 합니다.

또한, 도입된 장비의 활용실적이 당초 계획보다 저조한 경우가 발생할 때에는 장비활용도 향상을 위한 방안을 강구하여야 하며, 향후에도 활용도가 저조할 것으로 판단되는 장비에 대해서는 다른 진료과 또는 다른 보훈병원으로의 “관리전환”등을 검토하여 예산을 투입 취득한 의료장비가 사장되는 일이 발생하지 않도록 적절하게 관리하여야 합니다.

그런데, ★★★★★병원의 의료장비 구입 및 활용실적 현황을 확인한 결과, [붙임] “활용실적 부진 의료장비 현황”과 같이 검사보조 인력 및 환자부족 등의 사유로 인하여 활용실적이 저조한 실정입니다. 또한, 장비별로 활용실적 저조하면 원인을 분석하고 대책을 강구하여 장비 활용도를 제고 하였음에도 실적의 향상을 개선시키지 못한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- “가”항과 관련하여 납품 후 지속적으로 문제가 발생하여 정상적으로 운영하지 못하고 있는 캐드캠 1세트에 대해서 계약업체에 반품조치하고 물품대금 ₩₩₩₩,₩₩₩₩,₩₩₩₩원은 환수조치 하시기 바라며,(시정)
- 의료장비를 검사 할 때에는 구매계약서의 계약조건, 장비 사양서 및 정상적인 작동여부 등을 확인 후 이상이 없을 경우 검사를 완료 하고 검사 완료 후에도 정상 작동 여부를 주기적으로 점검하여 문제점 발생 시에는 관련 규정에 따라 조치하시고,(통보)

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)

- “나”항과 관련하여 의료장비 구입 검토 시 필요성, 활용빈도, 수익성 등을 면밀하게 판단하여 장비가 사장되지 않도록 하되, 활용실적이 저조한 장비에 대해서는 활용도 제고방안 또는 타 병원(타 진료과) 관리전환 등을 검토하시기 바랍니다.(통보)