

통 보 사 항

1. 제 목 : 의료장비 임차에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇·◆◆·□□·■ ■·△△보훈병원

3. 내 용 : 보훈병원에서는 병원의 예산, 운영인력 등 운영상의 여건을 감안하여 필요시 검사 등에 소요되는 재료(시약 등)를 사용하는 조건으로 의료장비를 무상으로 임차하여 운영하고 있으며, 병원별 의료장비 임차현황은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 보훈병원별 의료장비 임차현황

(단위 : 천 원)

구분	장비종류	재료비 사용금액 (2016년 기준)	비 고
◇◇보훈병원	면역분석기 등 16종	3,435,211	
◆◆보훈병원	혈액투석기 등 7종	1,071,545	
□□보훈병원	자동자가면역검사기 등 8종	1,483,649	
■ ■보훈병원	혈액가스검사기 등 9종	583,697	
△△보훈병원	자동뇨검사측정기 등8종	325,020	
계		6,899,122	

가. 임대장비 선정절차에 관한 사항

우리공단 「중앙의료장비 심의위원회 운영지침」 제1조 및 제4조에 따르면 중앙 의료장비 심의위원회에서는 의료장비의 취득(리스장비 포함), 활용도 증대 등 운영에 관한 사항을 심의하여 진료수준 향상 및 병원 경영에 기여하는 것을 목적으로 하고 위원회에서는 의료장비 도입에 따른 적정성 및 수요판단의 타당성 분석, 구입 품목의 결정, 기종의 선정과 구입 품목의 변경, 관리전환 등 활용도 증대를 위한 종합 조정, 교체 등을 심의하도록 정하고 있습니다.

또한, 의료장비 임차의 경우 임차 의료장비에 소요되는 재료(시약 등)를 의료장비 임차업체에서 장기간 독점적으로 납품하게 됨에 따라 재료(시약 등)의 가격 및 가격의 변화에 따른 대처방안 등을 감안하여 의료장비를 임차하여야 할 것입니다.

따라서, 의료장비를 임차할 때에는 의료장비 심의위원회에 임차장비를 부의하여 임차의 필요성, 효율성, 효과성과 의료장비를 선정 후 시약을 선정할 것인지 시약을 선정 후 의료장비를 선정 할 것인지, 의료장비와 시약을 동시에 선정할 것인지 등을 검토하여 합리적인 방안으로 의료장비를 임차하여야 할 것입니다.

그런데, 보훈병원 의료장비 임차현황을 살펴본 결과, [표 2]와 같이 의료장비를 임차 하면서 의료장비 심의위원회를 개최하지 않고 의료장비를 임차하여 운영하고 있으며, 의료장비와 재료(시약 등)의 선정에 대한 방안이 별도로 검토하지 않고 의료장비를 임차하는 등 임차 의료장비에 대한 선정절차가 적절하게 이루어지지 않고 있습니다.

[표 2] 보훈병원별 의료장비 임차 시 심의위원회 개최현황

구분	임대장비	심의위원회 개최현황	비고
◇◇보훈병원	16종	16종의 의료장비를 임차하면서 심의위원회 미 개최	
◆◆보훈병원	7종	7종의 의료장비를 임차하면서 5종에 대해서만 심의위원회 개최	
□□보훈병원	8종	8종의 의료장비를 임차하면서 1종에 대해서만 자체심의위원회 개최	
■■보훈병원	9종	9종의 의료장비를 임차하면서 심의위원회 미 개최	
△△보훈병원	8종	8종의 의료장비를 임차하면서 심의위원회 미 개최	

나. 임차 의료장비 계약에 관한 사항

우리공단 「계약사무규정」 제76조 및 제77조에 따르면 계약담당자가 계약서를 작성하는 경우에는 계약 상대자와 같이 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정되며, 계약의 목적, 계약금액, 이행 기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 그 밖에 필요한 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성도록 정하고 있습니다.

또한, 검사 등에 소요되는 재료(시약 등)를 사용하는 조건으로 의료장비를 무상으로 임차하고 있어 의료장비 임차기간, 재료(시약 등)의 사용량 등에 따라 재료(시약 등)의 가격이 변동될 수 있으므로 의료장비 임차기간에 대하여 구체적으로 검토하여 합리적인 임차기간을 설정하여야 합니다.

따라서, 의료장비를 임차 하였을 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행 기간, 계약보증금, 계약조건 등이 명시된 계약서를 작성하고 계약 상대방과 기명날인 하여 계약을 확정 하여야 합니다.

그런데, 보훈병원 의료장비 임차 계약현황을 살펴본 결과, ◇◇보훈병원에서 임차하여 운영 중인 당화혈색소검사기(HbA1C G8)는 계약서를 작성하지 않고 임차하여 운영하고 있으며, 재료(시약 등)의 가격에 영향을 미치는 의료장비 임차기간에 대하여 구체적인 검토 없이 임차기간을 산정하고 계약함에 따라 [표 3]과 같이 보훈병원별 임차 장비별 임차기간이 1년~5년까지로 각각 상이하게 운영하고 있습니다.

[표 3] 보훈병원별 계약서 작성주기 현황

구분	계약주기	비 고
◇◇보훈병원	최초 3년 계약 후 1년 자동연장	
◆◆보훈병원	임차 장비별 1년 ~ 5년	
□□보훈병원	임차 장비별 1년 ~ 3년	
■■보훈병원	임차 장비별 3년 ~ 5년	
△△보훈병원	1년 단위 계약	

다. 임차 의료장비 사용기간에 관한 사항

보훈병원 의료장비의 사용기간을 2011년까지는 5년으로 하였으나, 2012년 이후 국제회계기준을 적용함에 따라 실제 사용연수를 감안하여 7년으로 적용하고 있으며, 공단 「중앙의료장비 심의위원회 운영지침」 제7조에 따르면 내용연수(7년)가 경과된 장비를 대상으로 교체의 필요성을 평가하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 임차 의료장비의 사용기간은 우리공단 의료장비 사용연수 기간인 7년으로 하고, 제조된지 7년 이내의 장비를 임차업체에서 납품하도록 하여야 할 것입니다.

그런데, 보훈병원 임차 의료장비 제조일자를 확인한 결과, [표 4]와 같이 ◇◇보훈병원에서 임차하여 운영 중인 면역분석기(ARCHITECT i2000)의 경우 제조된지 12년이 경과하였음에도 현재까지 사용하고 있는 등 보훈병원에서는 제조된지 7년을 경과한 의료장비를 임차하여 운영하고 있습니다.

[표 4] 임차의료장비 제조일자 현황

구분	장비명	최 초 임대일	임대장비 제조일	임대장비 사용기간	비고
◇◇보훈병원	면역분석기(ARCHITECT i2000)	1995년	2005. 5. 3.	12년8월	
◇◇보훈병원	혈액배양기(BacT/Alert 3D)	2004년	2005. 2. 1.	12년10월	
◇◇보훈병원	미생물동정기(VITEK 2)	1998년	2005. 9. 1	12년3월	
◇◇보훈병원	노화학분석기(ATLAS)	2001년	2008. 2. 1.	9년10월	
◇◇보훈병원	당화혈색소검사기(HbA1C G8)	2003년	2009. 6. 1.	8년7월	
□□보훈병원	당화혈색소검사기	2007년	2010. 1. 1.	7년11월	
■ ■보훈병원	소변검사기	2012년	2009. 1.	8년11월	
■ ■보훈병원	효소면역검사기	2010년	2009. 1. 2.	8년11월	

4. 조치할 사항

○ ◇◇◇◇병원장은

- “가”항 관련, 임차의료장비에 대해서는 필요성, 효과성 등을 고려하여 의료장비 심의위원회에 부의토록 하여 선정하는 등 재료(시약 등)사용 조건부 임차 의료장비 선정이 적정하게 운영될 수 있도록 합리적 방안을 마련하고,(통보)
- “나”항 관련, 의료장비를 임차할 때에는 계약금액, 계약기간, 계약조건 등을 명시하여 계약서를 작성하고, 임차의료장비 임차기간 대한 합리적인 기준을 마련하시기 바람,(통보)
- “다”항 관련, 임차 의료장비의 사용기간은 우리공단 의료장비 사용연수 기간인 7년으로 하고, 제조일로부터 7년 이내의 장비를 임차업체에서 납품토록 조치하시기 바랍니다.(통보)

○ □□・■■■■■병원장은

- “가”항 관련, 임차의료장비에 대해서는 필요성, 효과성 등을 고려하여 의료 장비 심의위원회에 부의토록 하여 선정하는 등 재료(시약 등)사용 조건부 임차 의료장비 선정이 적정하게 운영될 수 있도록 합리적 방안을 마련하고, (통보)
- “나”항 관련, 임차의료장비 임차기간에 따라 재료(시약 등)의 가격이 변동될 수 있으므로 임차기간을 합리적으로 설정하여 운영하시기 바라며,(통보)
- “다”항 관련, 임차 의료장비의 사용기간은 우리공단 의료장비 사용연수기간인 7년으로 하고, 제조일로부터 7년 이내의 장비를 임차업체에서 납품토록 조치하시기 바랍니다.(통보)

○ ◆◆·△△△△병원장은

- “가”항 관련, 임차의료장비에 대해서는 필요성, 효과성 등을 고려하여 의료 장비 심의위원회에 부의토록 하여 선정하는 등 시약 조건부 임차 의료장비 선정이 적정하게 운영될 수 있도록 합리적 방안을 마련하고,(통보)
- “나”항 관련, 임차의료장비 임차기간에 따라 재료(시약 등)의 가격이 변동될 수 있으므로 임차기간을 합리적으로 설정하여 운영하시기 바랍니다.(통보)