

권 고 사 항

1. 제 목 : 진료재료 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★보훈병원

3. 내 용 : ★★보훈병원에서는 진료 및 수술에 소요되는 진료재료를 경쟁입찰 등을 통해 연간 단가 계약한 업체를 통해 공급받아 사용하고 있으며, 진료재료 재고 관리는 전산 상으로 해당 재료의 처방 수량이 입고수량에서 자동으로 불출량으로 차감되는 방식으로 운영되고 있습니다.

「의료기기법」 제20조에 따르면 의료기기의 용기 외장(外裝)에는 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 수입품의 경우에는 제조원, 제조번호와 제조 연월 등을 명시하여야 하며, 사용기한이 있는 경우에는 제조 연월 대신에 사용기한을 적도록 명시하고 있습니다.

또한, 구매부서에서는 진료재료 계약 시 계약조건에 납품 진료재료에는 제조 연월이 명시되어 있어야 하며, 납품일로부터 유효기간이 1/3이 경과 되지 않은 제품을 납품하도록 명시하여 유통기한이 경과하거나 잔여 유효기간이 짧은 제품이 입고되는 일이 없도록 관리하고 있습니다.

따라서, 진료재료 사용 부서에서는 재고관리 시에 재료별 유통기한 도래 시점을 사전에 파악하여 유통기한 경과 전에 해당 재료를 교환 또는 반송 처리하여 유통기한 경과로 인해 폐기 처분되는 재료가 없도록 재고관리를 철저히 하여야 합니다.

그런데, '18.8월말 ★★보훈병원에 보관하고 있는 진료재료 재고현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 심혈관센터에서 관상동맥조영술 및 중재시술시 혈관천공이 발생할 경우 혈관을 막는 스텐트를 응급상황 발생 시 사용할 목적으로 구입하였으나, 실제로 사용할 경우가 발생하지 않아 계속 보관하던 중 유효기한이 지났음에도 재고로 관리하고 있는 사실이 있습니다.

[표 1] 유효기한 경과 진료재료 보유현황

품명	수량	금액(천원)	제조일자	유효기한	장기사유
Graftmaster RX coronary stent (3.5*19)	1	*,***	'14.10월	'16.9월	응급재료물품으로 구비 중이나 3.5 size를 사용할 case가 없었음
Graftmaster RX coronary stent (2.8*19)	1	*,***	'15.12월	'17.11.30.	응급재료물품으로 구비 중이나 2.8 size를 사용할 case가 없었음
합계	2	*,***			

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- 유효기한이 지난 진료재료를 폐기하는 등 적절한 조치를 취하고, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 진료재료 유효기한 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)