

통 보 사 항

1. 제 목 : 고가 수술재료 삭감에 관한 사항
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에서는 환자의 진료에 필요한 고가 수술재료(단가 10만원 이상)를 [표 1]과 같이 59억 원 상당 구입 및 집행하였습니다.

[표 1] 2017년 10만원 이상 고가 수술재료 입출고 현황

(단위 : 명 / 천 원)

구분	입고	출고	재고
수량	554	554	0
금액	#,###,###	#,###,###	0

※ 수술재료의 경우 수술일정이 잡히면 거래처에서 납품하고 바로 사용하고 있어 입고와 출고가 동시에 처리되므로 재고가 없음.

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조 제1항 별표1 “요양급여의 적용기준 및 방법” 4. 치료재료의 지급에 따르면 치료재료는 약사법 기타 다른 관계법령에 의하여 허가·신고 또는 인정된 사항(효능·효과 및 사용방법)의 범위 안에서 환자의 증상에 따라 의학적 판단에 의하여 필요·적절하게 사용한다 라고 명시되어 있습니다.

또한, 「건강보험 요양급여비용」 제2부 제9장 처치 및 수술료에 따르면 처치 및 수술 시에 사용된 약제 및 치료재료대는 소정점수에 포함되어 있어 산정하지 아니하나, 다만 열거된 ㉑고주파신경자극기[수술삽입시만 산정]는 별도로 산정할 수 있도록 명시되어 있습니다.

따라서, □□병원에서는 환자의 질환에 따라 적정 요양급여(진료) 제공을 위해 의학적 판단에 따라 진료행위에 필요하고 적절한 치료재료를 사용하면서 ‘건강

보험 요양급여비용' 인정 기준 범위를 벗어나지 않도록 처방하여 진료비 삭감 등이 발생하지 않도록 관리하여야 합니다.

그런데, 2018년 □□병원 종합감사시 2017년~2018년 4월까지 진료과별 진료비 삭감내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 삭감률 상위 5개 진료과 중 마취통증의학과와 보험청구 삭감률이 9.05%로 나머지 상위 4개 진료과 삭감률 평균 1.04% 대비 8.01% 높은 것으로 확인되었으며,

삭감 상세 내역을 확인한 결과, CRPS(복합부위통증증후군) 환자의 통증을 완화하기 위한 목적으로 척수신경 영구 자극기 설치술[경피적]을 시행하면서 사용되는 치료재료 Restoresensor surescan MRI(수가코드 4012200025, 단가 12,499,811원) 등 6종이 산정기준¹³⁾에 인정되지 않아 [표 3]과 같이 건강보험심사평가원에서 삭감되어 재심 및 이의신청 등이 진행중인 사실이 있습니다.

[표 2] 2017. 1 ~ 2018. 4 보험청구 삭감현황(상위 5위)

(단위 : 명 / 원)

진료과	총진료비	삭감액	삭감률
□과	#####	#####	9.05%
○과	#####	#####	1.42%
△과	#####	#####	0.93%
◇과	#####	#####	0.91%
◎과	#####	#####	0.89%

- 13) 척수신경자극기설치술의 급여기준(요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침 제621)가. 6개월 이상의 적절한 통증치료(약물치료와 신경차단술 등)에도 효과가 없고, 심한 통증(VAS 통증점수 7이상)이 지속되는 불인성 통증이 있는 경우(다만, 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 CRPS(복합부위통증증후군)는 진단된 날로부터 3개월 이상의 적절한 통증치료에도 효과가 없는 경우 조기시행가능)
- 나. 약물치료, 신경차단술, epidural morphine injection 등 적극적인 통증치료를 6개월 이상 실시함에도 불구하고 심한 통증(VAS 통증점수 7 이상)이 지속되는 만성통증으로 여명이 1년 이상으로 예상되는 경우

[표 3] 척수신경자극기 재료 삭감내역

(단위 : 명 / 원)

등록번호	성명	진료월	진료재료삭감				비고
			재료명	수량	금액	합계	
231*****	제갈*	2017.05	Restoresensor surescan MRI/메드트로닉코리아	1	##,###,###	##,###,###	재심기각, 이의신청 기각
			Vectris Lead(8극)/메드트로닉	2	#,###,###		
			Surescan MRI Programmer/메드트로닉 코리아	1	###,###		
005*****	신영*	2017.09	PRODIGY MRI/필메드코리아	1	##,###,###	##,###,###	재심기각 후 이의신청 진행중
			EON(Patient Programmer)/ANS/필메드 코리아	1	###,###		
230*****	조갑*	2017.12 ~ 2018.01	Vectris Lead(8극)/메드트로닉 코리아	1	#,###,###	#,###,###	재심진행중
915*****	임종*	2018.01	PRODIGY MRI/필메드코리아	1	##,###,###	##,###,###	재심진행중
			EON(Patient Programmer)/ANS/필메드 코리아	1	###,###		
			Genesis EON Lead 8극/ANS/필메드코리아	1	#,###,###		
352*****	김인*	2018.02	Restoresensor surescan MRI/메드트로닉코리아	1	##,###,###	##,###,###	재심진행중
			Surescan MRI Programmer/메드트로닉 코리아	1	###,###		
			Vectris Lead(8극)/메드트로닉 코리아	2	#,###,###		
007*****	박한*	2018.03	Vectris Lead(8극)/메드트로닉 코리아	1	#,###,###	#,###,###	재심진행중
216*****	김영*	2018.03 ~ 2018.04	Restoresensor surescan MRI/메드트로닉코리아	1	##,###,###	##,###,###	재심진행중
			Surescan MRI Programmer/메드트로닉 코리아	1	###,###		
			Vectris Lead(8극)/메드트로닉 코리아	1	#,###,###		

등록번호	성명	진료월	진료재료삭감				비고
			재료명	수량	금액	합계	
006*****	김봉*	2018.04	Restoresensor surescan MRI/메드트로닉코리아	1	###,###	###,###	재심진행중
			Surescan MRI Programmer/메드트로닉코리아	1	###,###		
			Vectris Lead(8극)/메드트로닉코리아	1	#,###,###		
007*****	이준*	2018.04	PRODIGY MRI/필메드코리아	1	###,###,###	###,###,###	재심진행중
			EON(Patient Programmer)/ANS/필메드코리아	1	###,###		
합 계						###,###,###	

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 고가의 치료재료 사용시 '건강보험 요양급여비용' 인정 기준 범위를 벗어나지 않도록 좀 더 신중하게 처방하여 진료비 삭감률을 낮추고 병원의 손실이 최소화될 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(통보)