

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 심장소생훈련 시뮬레이터 구매 요청 및 검수 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원에서는 신규간호사에 대한 전문적인 교육을 통한 술기 및 지식 습득을 위해 [표 1]과 같이 교육용 시뮬레이터를 구매하였습니다.

[표 1] 교육용 시뮬레이터 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약업체	계약기간	계약금액	비고
2018년 중앙보훈병원 심장소생 시뮬레이터 2종	(주)JJ	'18.11.13. ~'18.12.21.	##,###	

※ 심장소생훈련 시뮬레이터, 기본 간호사 교육용 시뮬레이터로 구성

나. 관계법령 및 판단기준

중앙보훈병원에서는 신규간호사에게 시뮬레이션 교육을 실시하여 간호수행 능력과 임상적응 능력을 향상시키고 현장 적응력을 강화하기 위하여 임상시뮬레이션 교육센터를 설치하기로 하고 내부결재⁴⁾를 받았으며, 이에 따라 2018.06.07. 개최된 중앙보훈병원 제4차 공간자원위원회에서는 간호사 교육 시뮬레이션실을 확보할 것을 결정⁵⁾하였습니다.

그리고 2018.10.05. 개최된 제7차 공간자원위원회에서는 시뮬레이션 설치 공사를 위한 시설 재배치 문제 및 이에 따른 예산 문제 등으로 간호사 교육 시뮬레이션 센터 예산 확보 후 2019년도에 설치 완료하는 것으로 결정⁶⁾하였으며, 2018.12.11. 개최된 제8차 공간자원위원회 결과 보고에도 시뮬레이션센터 설치는 2019년에 완료하는 것으로 기록⁷⁾되어 있습니다.

4) 간호사 임상시뮬레이션 교육센터 설치관련 건(서간호-3004, 2018.05.21.)

5) 공간자원위원회 회의결과 보고 및 운영방안 시달(서적정-1761, 2018.06.27.)

6) 제7차 공간자원조정위원회 회의결과 보고 및 운영방안 시달(서적정-2859, 2018.10.10.)

7) 제8차 공간자원조정위원회 회의결과 보고 및 운영방안 시달(서적정-3696, 2018.12.19.)

[표 2] 공간자원위원회 논의 현황

개최일자	차수	논의내용	비고
2018.06.07.	제4차	간호사 교육 시뮬레이션실(간호본부) 공간 확보	
2018.10.05.	제7차	간호사 교육 시뮬레이션실 마련 - 공사 우선순위 4순위, '19년까지 처리(19년 예산 신청 중)	
2018.12.11.	제8차	간호사교육 시뮬레이션실 마련 '19년까지 처리	

또한 우리 공단 「계약사무규정시행세칙」 제13조(검수)에 따르면 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양 기타의 계약조건과 일치되는지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 한다고 규정되어 있으며, 제17조(입회자의 선정)에 따르면 검수원은 필요하다고 인정할 때에는 그 물품을 취급할 자로 하여금 입회시키고 취급할 품목에 대한 의견을 요구할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 시뮬레이션 센터 설치 시점을 고려하여 임상 시뮬레이터 등 필요 장비 등의 구매 요청 시기를 조정하여 장비 입고 후 지체 없이 설치 및 운용할 수 있도록 하고, 입고된 물품을 검수할 경우에는 계약서 등에 명시된 사양 등을 충족하는지 빠짐없이 확인하여야 하며, 물품 요청부서 등 관련 부서에서 입회할 경우 입회자는 물품의 검수가 명확하게 이루어지도록 의견을 제시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원의 교육용 시뮬레이터 구매 현황을 확인한 결과, 간호본부에서는 2018.06.26. 물류지원부에 시뮬레이션 교육센터에서 사용할 임상 시뮬레이터 구매를 요청한 후, 2018년 내에 교육센터 공사가 완료될 가능성이 적었음에도 불구하고 구매 요청 시기를 조정하지 않아 2018.12.21. 물품이 입고되었으며, 입고 당시 물류지원부는 간호본부와 함께 해당 물품에 대해 외관 검수는 실시하였으나 물품을 적소에 배치하기 어려워 간호교육 시뮬레이션 센터(간호인재개발센터) 오픈(2019.04.04.) 시까지 작동여부를 확인하지 못하였습니다.

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 구매 요청 및 검수 시 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 물품 등의 구매 요청 시 적절한 입고시기를 고려하여 요청하시고,(통보)
- 구매한 물품의 납품 시 검수를 철저히 하시기 바라며,(통보)

○ 관리이사(중앙보훈병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
☐☐☐부	간호직2급	JJJ	간호본부장	'18.01.19~'18.12.31.	별도직무	주의
☐☐☐부	간호직3급	KKK	간호행정부장	'18.02.05.~현재	좌동	주의
☐☐☐☐부	사무직4급	LLL	관리과장	'18.07.01.~현재	좌동	주의
☐☐☐☐부	기능직	MMM	관리담당	'18.06.01.~현재	좌동	주의