

권 고

1. 제 목 : 내시경 기구 세척 및 소독 기록 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ◇◇◇◇실, ◎◎·▲▲·◆◆·○○·▣▣·◆◆▣▣병원
3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부에서는 급증하는 내시경 시술에 따른 감염관리 강화를 위해 2017년부터 내시경 세척·소독료 수가를 신설하였으며 보훈병원에서도 매회 내시경 시술 후 사용한 내시경 및 내시경 부속물을 세척 및 소독하여 사용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

건강보험심사평가원(이하 '심사평가원'이라함) 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항과 심사지침」의 내시경 세척·소독료 급여기준에 따르면 내시경 세척·소독료는 내시경 검사나 시술 직후 내시경 기구 및 재료 표면의 이물 또는 오염물질을 세척액을 사용한 세척 및 식품의약품 안전처장의 허가를 받은 소독액으로 소독하고, 행굼·건조과정을 거치는 등 소독지침에 따라 환자의 안전을 위하여 감염이 최소화하도록 관리한 경우에 [표 1]과 같이 산정하도록 하고 있습니다.

[표 1] 내시경 세척·소독료 산정기준

- | |
|---|
| 가. 내시경 검사나 시술 직후 내시경 기구 및 재료를 세척·소독 시 1회 산정 |
| 나. 날짜별 세척·소독 실시횟수, 세척·소독액 사용량 등 기록을 반드시 관리·보관 |

또한 질병관리본부 「의료관련감염 표준예방지침」의 기구에 따른 재처리 방법에서 위·대장내시경, 기관지내시경 등을 포함하는 연성내시경의 재처리과정은 전세척, 세척, 소독, 행굼, 건조의 단계로 시행하여 보관한다고 하고 있습니다.

따라서 각 ㉡㉡㉡㉡병원에서는 내시경 검사나 시술 직후에 내시경 기구 세척·소독 등 일련의 감염예방관리 조치를 취하고, 심사평가원의 내시경 세척·소독료 급여기준 및 질병관리본부에서 제시하고 있는 재처리 단계별 실시사항을 표준화하여 체계적으로 기록 관리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 6개 ㉡㉡㉡㉡병원의 내시경 기구 세척·소독 실시 관련 기록 대장을 확인한 결과 [표 2]와 같이 일부병원에서는 하나의 대장에 내시경 기구의 재처리 단계별로 관리하고 있는 반면 일부병원에서는 2개 이상의 기록을 합쳐야 재처리 전과정 확인이 되는 등 병원별, 대장관리 부서별로 각각 다르게 관리하고 있으며, 세척·소독액 사용량 기록 등 수가 인정 필수 기록도 각각 다르게 관리하고 있어 기록서식을 표준화하여 효율적으로 관리할 필요가 있습니다.

[표 2] ㉡㉡㉡㉡병원별 내시경 기구 세척·소독 기록 관리 현황

구 분	관리부서	대장명칭	기재항목
㉡㉡㉡㉡ 병원	♣♣♣실	세척기 일지	날짜, 환자정보, 세척자 Scope No., 세척기 No., 감염 여부, 기타, 누수점검확인
		내시경 소독일지	의료장비명, 소독기기능 적합여부, 소독액교환자서명, 소독횟수/일, 소독력 상태, 담당자, 비교
		거래명세서 (기간별입출고현황)	소독액 명칭, 규격, 단위, 입고량, 불출량, 재고량 등
	▶▶▶▶과	소독제(CIDEX-OPA) 교체일지	날짜, 사용회수
		기관지내시경사용 및 세척현황 엑셀파일	기관지내시경검사정보, 사용내시경, 세척여부, 세척액교환여부
	♠과	대장내시경소독일지	의료장비명, 소독기기능 적합여부, 소독액교환자서명, 소독횟수/일, 소독력 상태, 담당자, 비교, 기기세척
		거래명세서 (기간별입출고현황)	소독액 명칭, 규격, 단위, 입고량, 불출량, 재고량 등

구 분	관리부서	대장명칭	기재항목
▲▲■■■■ 병원	♣♣♣실	내시경 이력확인 점검표	일자, 환자정보, 검사의사, 내시경번호, 누수점검유무, 감염여부, 세척기, 세척자
		내시경소독제 취급일지	물질명, 날짜, 입고량, 사용량, 재고량, 작업내용
		자동세척기 Check List	세척기번호, 소독제 교환 시작일, 교환일, 소독액 유효농도 Test 날짜, 횟수, 유효여부, 확인자 소독기 사용횟수 등
		세척기 일일점검표	전원상태, 키보드작동, 덮개경첩작동, 누수 및 소음발생, 확인자
◆◆■■■■ 병원	♣♣♣실	자동세척-소독대장	검사실 번호, 검사명, 소독액 교환일, 소독기 번호, 환자정보, 검사예약시간, 내시경번호, 소독시작시간, 감염여부, Sign(검사의사/검사간호사)
○○■■■■ 병원	▶▶▶▶과	내시경기기 및 자동세척기 이력 관리대장	세척기번호, 소독액 유효농도Test결과, 환자정보, 검사명, scope번호, 소독사용회수, 감염여부, 누수점검유무

구 분	관리부서	대장명칭	기재항목
□□▣▣ 병원	♣♣♣실	SCOPE 이력제	환자정보, 세척기No., 누수점검, 이상유무, 시작시간, 종료시간, 세척자
		자동세척기점검대장	소독제명, 날짜, 세척기번호, 시간, 횟수, strip test, 점검상태, 교체여부, 서명
		자동세척소독기 점검대장	의료장비명, 소독기기능, 소독액 교환 서명, 소독횟수/일, 소독액상태(test strip), 기기내부세척/Sign, 비고
		내시경 소독 관리대장	소독제명, 소독제 교체주기, 날짜, 내시경실시건수, (전)세척, 소독, 행균·건조, 보관, 부속기구소독, 송수병과 연결기구소독, 일회용포셉, 소독제입고량/교체량/불출량, 담당자 서명
		내시경 소독 관리대장 (건강검진)	환자정보, 세척기No., 누수점검, 이상유무, 시작시간, 종료시간, 세척자
◆◆▣▣ 병원		내시경 소독일지	장비명, SN, 날짜, 소독기 기능, 소독력 상태(test strip), 소독액 교환자, 확인자, 비고
		내시경 세척 및 소독일지	장비명, 세척기번호, 일자, 환자 등록번호, 환자 이름, 검사명, 내시경번호, 세척 소독자

4. 관계기관 의견

▣▣병원에서는 감사결과를 수용하면서 내시경 기구 세척 및 소독 관리와 관련하여 중복되거나 너무 많은 서식을 이용하고 있어, 표준화된 서식 필요성을 공감하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆이사(◎◎·▲▲·◆◆·○○·▣▣·◆◆ 병원장)는

- 내시경 검사 과정에서 감염예방관리를 위해 실시하고 있는 내시경 기구 세척 및 소독 관리의 다양한 기록을 각 보훈병원 실무자의 의견을 수렴하고 표준화하여 효율적으로 관리되도록 하시기 바랍니다.(권고)