

경고요구 및 권고 · 통보

1. 제 목 : 진료재료 요양급여 적용기준 미준수

2. 관계기관 : △△병원, ◇◇병원

3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원에서는 약제 투여 및 혈액 채취를 위해 장기간 정맥혈관을 안전하게 확보할 필요가 있을 때 쇄골하정맥 등 부위에 중심정맥카테터를 삽입하고 Needleless syringe와 연결하여 사용하는 connector로 'Q-syte (EDI코드 : M1012037)' 라는 진료재료를 사용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

보건복지부 고시 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(치료재료)」에서 Q-syte와 같은 Needleless Connector는 중심정맥내 카테터를 유치한 경우 72시간마다 1개를 인정한다고 급여기준을 정하고 있습니다.

한편 중심정맥내 카테터를 유치한 경우 이외에 수액 및 수혈을 재수주할 때 정맥을 통하지 않고 고무격막에 주사바늘을 꽂아 사용함으로써 혈액의 응고를 막아 수액 및 수혈을 반복 수주하는데 사용하는 경우 각 보훈병원에서는 'Heparin cap'이라는 의료용 소모품을 사용하고 있습니다.

따라서 각 보훈병원에서는 반복채혈, 장기간 항생제 투여, 항암제 투여, TPN 등의 영양제 주입 등을 위해 중심정맥카테터를 유치한 경우에는 Q-syte와 같은 Needleless Connector를 급여기준에 맞도록 사용하고, 그 외에는 Heparin cap과 같은 의료용 소모품을 활용하여 적절하게 처치하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇병원에서는 2018년 개원 이후 2020년 3월말 현재까지 Heparin

cap을 발주하지 않고 상대적으로 구입단가가 높으며(Q-syte 수가 : 타 보훈병원 Heparin Cap 수가 대비 약 5배 가격) 의료수가가 책정되어 있는 Q-syte를 요양급여 기준에 해당하지 않는 대상자에게 처방없이 의료용 소모품으로 사용하였습니다.

그리고 △△병원에서는 중심정맥내 카테터를 유치한 경우 72시간 마다 1개를 인정하는 Q-syte를 2019년 전체 출고량 ##,###개 중 ##,##개를 제외한 나머지는 72시간보다 짧게 사용하는 등 상당 수 인정기준에 맞지 않게 사용한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

△△병원은 Q-syte를 급여적용기준에 맞게 사용하겠다고 하였으며, ◇◇병원은 감염률 및 주사바늘 찔림사고 발생률을 낮추기 위해 모든 환자에게 Q-syte 사용을 건의하였으나 보건복지부에서도 장기간 정맥혈관을 안전하게 확보할 필요가 있는 환자에게 사용하도록 일정 기준의 급여기준을 정하고 있는 만큼 적정 수준의 진료재료 사용이 필요합니다.

5. 조치할 사항

○ △△병원장은

- Q-syte와 같은 Needleless Connector를 급여기준에 맞도록 사용하시기 바라고(권고)

○ ◇◇병원장은

- 중심정맥내 카테터를 유치한 환자가 아닌 경우 Q-syte와 같은 Needleless Connector 대신 Heparin Cap과 같이 사용목적에 맞는 적정재료를 발주하여 사용하도록 하시기 바라며(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)