

권고 및 통보

1. 제 목 : 치료재료 사용에 관한 사항
2. 관계기관 : @@병원, □□병원, \$\$병원, ○○병원, △△병원, ◇◇병원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈병원에서는 환자의 진료 중 필요시 치료재료를 사용하고 사용한 치료재료는 관련 기준에 따라 환자 및 건강보험심사평가원으로 청구하여 지급받고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 [별표 1] ‘요양급여의 적용기준 및 방법 4. 치료재료 지급’ 에서 치료재료는 약사법 기타 다른 관계법령에 의하여 허가·신고 또는 인정된 사항(효능·효과 및 사용방법)의 범위 안에서 환자의 증상에 따라 의학적 판단에 의하여 필요·적절하게 사용한다고 정하고 있습니다.

따라서 치료재료를 사용할 경우에는 해당 치료의 사용기준 등을 확인하여 인정된 사항의 범위 내에서 사용하도록 해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 각 보훈병원의 일회용으로 사용하도록 인정된 치료재료 사용실태를 확인한 결과 수술(시술)용 스킨스테플러류, 마취중 체온유지용소모품 등 출고한 수량보다 수납한 수량이 많은 치료재료가 있었으며 해당 치료재료를 인정된 사항과 다르게 멸균처리 등 소독 후 다시 사용한 사실이 있습니다.

또한 2019년에 수술시 사용되는 절삭기류 정액수가¹⁾ 및 절삭기류 재료 불출 현황 확인결과 절삭기류 정액수가 1건당 절삭기류 재료는 통상 1~3개까지 사용하고 있어 정액수가 대비 절삭기류 재료 출고량이 더 많아야 함에도 각 병원의 절삭기류 정액수가 수납수량 보다 재료 출고량이 적게 출고되어 사용되었습니다.

이러한 조사결과를 근거로 각 병원의 수술실에 확인결과 보건복지부에서 고시한 절삭기류 정액수가 보다 재료의 통상적인 사용수량을 반영한 단가가 더 높아 사용 후 손상되지 않은 일부 절삭기류를 멸균처리하여 다시 사용하고 있는 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

절삭기류 정액수가는 실제로 사용한 수량, 금액과 관계없이 1회만 산정하도록 하고 있고, 치료재료의 단가가 비싸 정액수를 초과하는 경우가 많아 의료 자원의 낭비를 줄이기 위해 사용 후 손상되지 않은 경우 멸균하여 다시 사용하고 있다고 하였으나 인체에 사용되는 도구인 만큼 사용기준에 맞게 사용하도록 할 필요가 있습니다.

5. 조치할 사항

○ @@·□□·%%·○○·△△·◇◇ 보훈병원장은

- 재사용이 금지된 것으로 신고(허가)된 치료재료는 허가된 범위내에서 사용하시기 바라며,(권고)
- 시술 또는 수술에 사용되는 절삭기류 중 멸균 후 다시 사용이 가능한 것으로 허가를 받은 비슷한 제품이 있는 지 확인하여 대체가 가능한 경우 활용할 수 있도록 검토하시기 바랍니다. (통보)

1) 절삭기류 정액수가 : 보건복지부에서 인체 각 부위별로 사용한 절삭기류 치료재료비용을 정액으로 정해놓은 수가
- 사용한 절삭기의 종류, 단가 및 개수에 관계없이 부위별로 1회만 인정(최하 28,070원~최고 200,000원)