

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 (요 구)

제 목 측정 및 시험장비 사용 후 반납절차 미준수

관 계 부 서 ☒본부 ☐소 ☒팀/ ☒소 ☒팀/ ☐팀

☐소 ☒팀

내 용

1. 개요

우리 회사에서 사용 및 관리되고 있는 측정 및 시험장비는 관리 시스템을 이용하여 시험장비의 대출을 신청하여야 하며, 시험장비 사용자는 사용 후 즉시 또는 반납예정일 내에 반납하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

☐ 표준 정비절차서(표준정비-9185)

7.4 (시험장비의 사용)

7.4.3 시험장비 사용자는 관리시스템을 이용하여 시험장비의 대출을 신청하여야 하며, 일주일 이상의 장기대출이 필요한 경우에도 관리시스템을 이용하여 대출하여야 한다.

7.4.7 시험장비 사용자는 사용 후 즉시 또는 반납 예정일 내에 반납 하여야 한다.

3. 감사결과 문제점

- 감사일 현재(2019. 9. 24 현재)까지 총 33건에 측정 및 시험장비 관리 시스템 확인결과 장기 미반납으로 약 5년이 경과된 장비가 있었다. 장비 관리에 심각한 문제점으로 시급한 개선요구가 필요하다.

4. 감사검토 의견

장비관리부서는 ‘측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)’에 등록 후 대출 승인된 장비가 반납예정일 이전에 반드시 반납될 수 있도록 대출 시 장비 반납에 대한 사전 안내 및 시스템 상 미반납 현황을 수시로 확인하여 반납 독려 등 철저한 장비 회수관리가 필요

조치의견

■ 본부장은 ‘측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)’에 등록된 후 장비관리부서에서 대출 승인한 장비가 반납예정일 이전에 반드시 반납될 수 있도록 대출시 장비 반납에 대한 사전 안내, 시스템 상 미반납 현황 수시/정기 확인, 반납 독려 등 철저한 장비 회수관리를 시행하시기 바랍니다.(통보)