

시정·개선요구 및 권고

제 목 자동심장충격기 관리 부적정

소 관 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ●●본부

조 치 부 서(기관) □□□□실, ○○본부, ●●본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 심장정지 등과 같은 응급상황 발생 시 신속한 응급처치를 위해 [표 1]과 같이 자동심장충격기¹⁾를 보유·활용하고 있다.

[표 1] 자동심장충격기 보유 현황

(단위 : 대)

기관명	수량	취득일자	관리부서(관리부)	설치 위치
□□	X	20XX. X. X.	□□□□□실	본동 현관 경비실 앞
○○본부	"	20XX. X. X.	▽▽처(♀♀♀♀부)	ααα전용작업장 현관 통제실 맞은 편
	"	"	"	△△동 청경사무실 앞
◎◎본부	"	20XX. X. X.	◁◁처(♀♀♀♀부)	사무동 통제실 맞은편
●●본부	"	20XX. X. X.	"	3층 복도 휴게실 앞

자료 : □□□□실 및 기관별 제출자료 재구성

1) 자동심장충격기(Automated External Defibrillator, AED)는 환자의 피부에 부착된 전극을 통하여 전기충격을 심장에 보내 심방이나 심실의 세동(비정상적으로 빠르게 떨려 제대로 된 심장기능을 하지 못하는 상태)을 제거하는 제세동기를 자동화하여 만든 의료기기로 종전 ‘자동제세동기’를 국민들이 이해하기 쉬운 용어인 ‘자동심장충격기’로 변경 사용하도록 개정되었음.

－ 「응급의료에 관한 법률」 [시행 2018. 5. 30.] [법률 제14218호, 2016. 5. 29., 일부개정]

2. 판단 기준

보건복지부의 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」(이하 “「지침」”이라 한다)에 따르면 자동심장충격기 설치 기관은 보건, 인력 및 안전관리를 담당하는 사람 중에서 관리책임자²⁾를 지정하도록 되어 있다.

또한 「지침」에 따르면 자동심장충격기 설치 기관은 의무설치 기관³⁾이 아닌 경우에도 공공복리를 위한 사용정보 제공 목적으로 관할 보건소에 설치 위치 정보를 신고⁴⁾하도록 권장하고 있다.

따라서 각 기관은 응급상황이 발생하였을 경우 자동심장충격기를 항상 사용가능하도록 관리하고, 적절한 응급처치 지원이 원활히 될 수 있게 보건, 인력 및 안전관리 담당 직원 중에서 관리책임자를 지정하는 것이 바람직하다.

그리고 각 기관은 국민의 생명을 보호하는 등 공공복리를 위해 방문 고객, 지역주민, 인접 기업 임직원, 공사(工事) 및 용역 업체 직원 등이 응급상황 시 자동심장충격기를 신속히 이용할 수 있도록 관할 보건소에 신고하여 공기업으로서 사회적 책무를 이행하는 것이 필요하다.

-
- 2) 설치 기관 내 자동심장충격기 관리 운영 담당(매월 1회 이상 정기점검 실시하여 본체, 배터리, 패드 상태 등 장비 관리, 사용내역 관리, 사용법 숙지 및 사용자 교육 등) 및 응급상황 발생 시 자동심장충격기 위치·사용 안내 등 적절한 응급처치 지원 등의 역할 수행
- 3) 시·군·구 보건소에 의무적으로 신고하게 되어 있으나, 공사는 의무설치 기관이 아니므로 설치한 자동심장충격기의 신고 의무는 없음.
- 4) 응급의료정보제공 홈페이지 및 스마트폰 앱을 통해 설치 위치 정보가 대국민에게 제공되며, ©©본부는 20XX. X월 보건소에 신고하여 제공되고 있고 응급의료정보제공 홈페이지에서 자동심장충격기 점검 및 사용이력을 등록·관리하고 있음.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 각 기관의 자동심장충격기 관리 현황을 점검한 결과 □□□□실은 [표 2]와 같이 관리책임자를 지정하지 않아 응급상황이 발생할 경우 적절한 응급처치 지원 등을 하지 못할 우려가 있고, 유효기간이 지난 패드를 비치하고 있어 응급상황 발생 시 자동심장충격기를 활용할 수 없는 실정이다.

[표 2] 자동심장충격기 관리 현황 점검 결과

기관명	관리책임자 지정 여부	비고
□□	미지정	- 월별 정기점검 미실시 - 패드 유효기간 지남(유효기간 만료연월 : 20XX. XX월)
○○본부	X급 ◊◊◊(보건관리자)	- 주 XX시간 근무(오전 X시간/일)
◎◎본부	X급 ◊◊◊(보건관리담당)	
●●본부	정 : 보건관리자 X명 부 : X급 ◊◊◊(보건관리담당)	- 정 : 위탁(X회/월 방문)

자료 : □□□□실 및 기관별 제출자료 재구성

또한 20XX. X. XX. 감사일 현재 각 기관에서 설치한 자동심장충격기의 관할 보건소 신고 현황을 점검한 결과 ◎◎본부를 제외한 기관은 [표 3]과 같이 관할 보건소에 신고하지 않고 있다.

[표 3] 자동심장충격기 관할 보건소 신고 현황 점검 결과

구분	□□□□실	○○본부	◎◎본부	●●본부
관할 보건소 신고 여부	미신고	미신고	신고(20XX. X. X.)	미신고

자료 : □□□□실 및 기관별 제출자료 재구성

관련부서(기관) 의견

① ㉠㉠㉠㉠실은 감사결과를 수용하면서 유효기간이 지난 패드는 교체하고, 관리책임자를 지정하여 자동심장충격기를 체계적으로 관리하겠으며, 또한 자동심장충격기 설치 위치 정보가 대국민에게 제공되도록 관할 보건소에 설치 신고를 하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○본부 ▽▽처 및 ●●본부 <<<처는 감사결과를 수용하면서 자동심장충격기 설치 위치 정보가 대국민에게 제공되도록 관할 보건소에 설치 신고를 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠실장은

- ① 유효기간이 지난 자동심장충격기 패드⁵⁾를 교체하시고(시정)
- ② 자동심장충격기 관리책임자를 지정하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

㉠㉠㉠㉠실장, ○○본부장, ●●본부장은

관할 보건소에 자동심장충격기 설치 신고를 하시기 바랍니다.(권고)

5) ㉠㉠㉠㉠실-XXX(20XX. X. X.) 「자동심장충격기 소모품 구입」