

일련번호	△△△사무소-7
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 1. 22.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : 영선창고 내 MSDS 경고표지 부착 필요

(현 황)

- 공단 안전보건관리규칙 제37조(물질안전보건자료의 작성·비치)에 따르면, 안전보건관리책임자는 작업장에서 사용하는 대상 화학물질을 담은 용기에 영 제170조에 따라 정하는 방법에 따라 경고표시를 하여야 한다. 다만, 용기에 이미 경고표시가 되어 있는 등 고용노동부령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(위법부당내용)

- △△△△△△△사무소는 영선창고 내 공원 시설의 유지·관리 및 장비 운용을 위하여 화학물질을 비치하고 있으나, 화학물질을 담은 일부 용기에 경고 표시가 되어있지 않은 실정으로 영 제170조에 따른 경고표시 등의 조치가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
 - 화학물질 보관용기에 경고표시 부착 필요