

일련번호	△△△사무소-3
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 4. 10.

△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : AED 담당자 현행화 필요

(현 황)
○ 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 따라 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△사무소는 심정지 환자 발생 시 조속히 대응하기 위하여 △△야영장 관리센터에 자동심장충격기(AED)를 설치·운영하며 관리책임자 정보를 기재하여 표시하고 있으나,
- 2026년 1월 소내인사로 담당자가 변경되었음에도 △△야영장 관리센터에 설치된 AED 관리책임자 정보가 변경되어 있지 않아 현행화가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△사무소】
 - AED 담당자 현행화 필요