

현 지 조 치

제 목 검사장비 관리책임자 및 관리자 현황관리 미흡

관 련 자 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○○지사는 감사대상기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안에 아래 [표 1]과 같이 검사 및 사고 장비 202점을 보유하고 있으며, 검사장비 관리책임자를 지정하여 기술장비의 사용, 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ○○○○지사 검사 및 사고 장비 현황

기타공구류	비상대응	비파괴	사고조사	시설	용기	제품	장비총계
22	15	4	33	113	11	4	202

※ 자료출처 : 가스피아-검사장비조회 결과 재구성(기준일자 : 2026.3.31.)

2. 관련규정 및 판단기준

「기술장비관리요령」 제7조에 따라 관리총괄자는 당해부서에 배정된 기술장비의 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 관리책임자 및 관리자를 선정하여야 한다.

기술장비관리요령

제7조(관리 및 운용) ① 주관부서장이 기술장비를 구입, 배부 시에는 당해 기술장비의 사용법 및 유지관리 요령 등에 관한 자료를 함께 배부하여야 한다.
② 관리총괄자는 당해부서에 배정된 기술장비의 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 관리책임자 및 관리자를 선정하여야 한다.<이하 생략>

이에 따라 「검사장비운영관리지침(이하 “지침”이라 한다)」 제6조에서 관리총괄자는 검사장비 관리책임자를 지식 및 경험이 있는 직원 중 근무 경력 5년 이상의 직원으로 지정하도록 하고 있으며, 검사장비 배정 또는 관리자가 변경되는 경우에는 전산프로그램을 통해 관리총괄자에게 보고하여야 한다.

검사장비운영관리지침

제6조 【관리 및 운영】 「기술장비관리요령」 제7조에 따라 검사장비는 다음과 같이 효과적으로 운영, 관리하여야 한다.

1. 관리총괄자는 검사장비에 관한 지식 및 경험이 있는 직원 중 관리책임자(근무경력 5년 이상의 직원을 원칙으로 한다)를 지정하여, 해당 지역의 장비 관리에 관한 실무를 총괄할 것
2. ~8. (생략)
9. 신규장비 배정 또는 관리자가 변경되는 경우에는 전산프로그램(검사장비등록/장비관리결재)을 통해 관리총괄자에게 보고하고, 인사발령 등으로 관리책임자가 변경될 경우에는 다음 방법에 따라 인수·인계를 실시할 것
 - 가. 인수자와 인계자는 보유(관리)하고 있는 검사장비의 보유현황 및 작동상태 등을 직접 확인할 것
 - 나. 인수자는 인수·인계가 완료되면, 별지 제2호 서식을 작성하고 내부결재 절차를 거쳐 보관할 것(이하 생략)

따라서, ○○○○지사는 검사장비를 효과적으로 운영 및 관리하기 위하여 지침에 따라 관리책임자 및 관리자 현황을 등록하여 관리했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서는 장비관리책임자 현황을 확인한 결과 근무경력 5년 이상의 직원을 관리책임자로 지정하여야 함에도 근무경력이 부족한 직원을 관리책임자로 아래 [표 2]와 같이 지정하였으며, 인사발령에 따라 23개의 장비에 대해서 관리자가 변경되었음에도 아래 [표 3]과 같이 관리자변경을 전산프로그램을 통해 관리총괄자에게 보고하지 않은 건에 대해 감사기간동안 관리자 변경 등 전산프로그램 입력 및 보고하여 현지조치하였다.

[표 2] 감사대상 기간 중 ○○○○지사 검사장비 관리책임자 현황

기간	관리책임자	입사연도	업무분장일	근무경력	감사결과
생략(개인정보 포함)					

※ 자료출처 : ○○○○지사 업무분장현황 제출 재구성

[표 3] ○○○○지사 검사장비 관리자 현황

자산관리번호	장비명	제조번호	관리자 (변경 전)	관리자 (변경 후)
생략(개인정보 포함)				

※ 자료출처 : 가스피아-검사장비조회 결과 재구성(기준일자 : 2026.4.23.)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 2] 및 [표 3]과 관련, 검사장비 관리책임자를 경력 5년 미만의 직원으로 지정하거나 인사전보 등으로 장비관리자가 변경된 경우 전산시스템(가스피아)에 입력을 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)