

일련 번호 : 광주전남지부 - ⑫				
대상 부서 : 공인검사처				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 9.	개 선	-	-	-

□ 제 목 : 검사업무 시 미교정 장비 사용 방지를 위한 시스템 개선

□ 내 용

1. 업무 개요

공단은 무인교통단속장비의 정확성·신뢰성 유지를 위해 검사장비를 활용, 주기적으로 실시하는 정기검사와 신규 설치 장비 인수검사 등을 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「KOLAS 업무규정 ‘측정결과의 소급성 유지를 위한 지침(KOLAS-G-013)’ 절차서 P621 소급성유지」에 따라, 검사장비 신뢰성 보장 및 검사품질 향상을 위해 전년도 교정일자로부터 1년 이내에 검사장비 교정을 실시해야 한다.

또한, 교정 완료 후 RIMS(검사업무관리시스템)에 교정 정보를 현행화하고, 미교정 상태의 검사장비는 사용중지 식별표지를 부착하는 등 미교정 검사장비 사용 방지를 위해 노력하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현장검사는 본부 공인검사처 및 13개 지부에서 2개조 이상이 동시에 수행하고 있고, 속도측정용 검사장비 수량이 전국 130대에 달해 담당자의 착오로 미교정 검사장비가 사용될 우려가 있다.

검사장비 입·출고 시 RIMS에 관련 내용을 입력해야 한다는 점에 착안하여, 향후 RIMS 고도화 과업 수행 시 ‘검사장비관리’ 메뉴 등에 미교정 검사장비 색상을 달리하거나, 안내문구를 담은 팝업창 실행 등 시스템 개선으로 미교정 검사장비 사용을 예방하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있다.

□ 관계부서 의견

공인검사처는 미교정 검사장비 사용 예방을 위해 지속적으로 노력해오고 있으며, 향후 고도화 작업 시 해당 개선내용을 반영하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

공인검사처장은 향후 RIMS 고도화 작업 시 미교정 장비 사용 방지를 위해 시스템 개선 등 내부통제 강화에 노력해주시기 바랍니다. (개선)