

통 보

제 목 의료장비 자체수리 관리에 관한 사항

소 관 기 관 ==·♣♣■■■■병원

조 치 기 관 ==·♣♣■■■■병원

내 용

1. 업무개요

6개 ■■■■병원 의료장비 담당부서에서는 원내 운영 중인 의료장비에 대해 수선·수리 업무 수행하고 있으며, 최근 3년간 의료장비 수선유지비 예산 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 6개 ■■■■병원 수선유지비 예산

(단위 : 천원, %)

구분	■■■	○○○	===	♣♣♣	◀◀◀	■■■■■
2024						
2025						
2026						

※ 6개 ■■■■병원 예산서 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「물품관리시행세칙」 제2조(물품의 정의) 및 제7조(자산구분별 물품분류)에 따르면, 물품은 규정에서 정한 자산(유형자산 중 부동산 및 그 종물, 비유동자산 중 부동산 및 그 종물 등)을 제외하고 유동자산(재고자산으로 계리), 비유동자산(유형자산), 부외자산으로 구분되며, 세부 기준은 [표 2]와 같다.

[표 2] 물품(자산) 분류 기준(「물품관리시행세칙」 제7조 관련)

구분	물품 분류 기준
재고자산	상품, 제품, 반제품, 재료, 재공품, 약품, 진료재료, 급식재료, 재활의료재료
유형자산(동산)	기계기구, 차량운반구, 비품 등(단, 비품 및 공구와 기구는 취득단가가 20만원 이상이며, 내용년한이 1년 이상인 물품)
부외자산	감가상각이 완료된 자산으로 제작된 자산, 기증, 증여 등에 의하여 무상으로 취득한 자산, 수익적 지출에 의하여 비용으로 잔존된 자산

※공단 「물품관리시행세칙」 재구성

또한, 운용 중인 물품을 수리 또는 개조하는 경우에는 「물품관리시행세칙」 제18조(수리 또는 개조) 및 제19조(주요장비 점검계획)에 따라, 출납담당자 또는 운용책임자는 수리(소모품청구) 의뢰 및 작업지시서를 통해 관리책임자에게 수선을 요청하여야 하고,

관리책임자는 물품의 구입연월일, 사용경위 및 현 상태, 소요경비, 최근 수리실적 및 예산 여부 등을 종합 검토하여 수리의 타당성을 확인하여야 하며, 운용책임자는 주요 장비 점검표를 작성·비치하고 정기적으로 점검하여 물품을 항상 사용 가능한 상태로 유지·관리하여야 한다.

따라서 ■■병원에서 의료기기(의료장비, 수술기구)를 운용하는 수술실, 진료과 등 운용부서는 규정에 따른 절차에 따라 관리부서(의료장비과 및 관리부)에 물품청구서로 장비 신청 또는 수리 의뢰를 하여야 하고, 장비 입고 시 점검표를 비치하여 이력 관리 및 수선유지비 예산 범위 내에서 적정하게 수선 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2026년 의료장비 운영실태 특정감사 시 6개 ■■병원의 자체 의료장비 수리 내역 및 관리 현황을 확인한 결과, 의료장비 사용부서에서는 수선 의뢰서를 작성하여 수선 요청을 하고 있으나 수리 및 관리에 대한 통일된 관리기

준 및 양식이 마련되어 있지 않아 병원별로 수선내역 관리대장을 자체적으로 상이한 형식으로 운영하고 있으며, ==·☼☼■ ■병원에서는 관련 관리대장을 비치하지 않는 등 관리가 미흡한 사례도 확인되었다.

이와 같이 통일된 관리기준 및 양식 없이 병원별로 상이하게 운영할 경우, 분기별 예산 집행 현황을 체계적으로 파악하기 어렵고, 장비별 수선이력 관리 또한 일관성 있게 이루어지지 않아 효율적인 예산관리 및 장비 유지관리 수행에 어려움이 발생할 우려가 있다.

관계기관 의견

==·☼☼■ ■병원은 별도의 의견을 제시하지 아니고 감사 의견을 수용하였다.

조치할 사항

☼☼·==■ ■병원장은

자체수선 내역을 관리할 대장을 마련하여 장비별 수선 이력을 일관성 있게 기록·유지하고 분기별 수선유지비 예산 집행 현황을 정기적으로 모니터링 할 수 있도록 운영하시기 바랍니다. (통보)