

통 보

제 목 최신 시험방법 적용 및 안내 미흡
소 관 부 서 △△△ ☆☆☆☆☆
내 용

1. 업무 개요

■■■■■■■■ ☆☆☆☆☆, 각 본부 시험팀, ○○○○○○○○○○
는 「석유제품 품질검사업무규정 시행세칙」 제13조(시험항목 및 시험방법)에 따라 검사 종류별, 유종별 해당하는 시험방법으로 시험분석 업무를 수행하고 있다.

△△△ ☆☆☆☆☆은 「직제규정 시행세칙」 [별표3] 세부 업무 분장에 따라 시험업무 표준화 및 시험결과 소급성 유지 총괄 등을 담당하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영요령」 제5조(시험)에 따라 시험한 내역은 시험일지에 기록을 유지하여야 하며 시험결과가 기기에서 인쇄되는 경우에는 인쇄된 것을 보관 유지하여야 한다. 다만, 전자적으로 저장이 가능한 시스템을 사용할 경우 시스템 내 시험내역 입력으로 시험일지를 대신할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 ☆☆☆☆☆는 매년 시험원 교육을 통해 최신 시험 방법을 적용하여 시험하고, 해당 내용을 시험일지에 작성할 수 있도록 교육하고 있으나 아래<표>와 같이 다수의 본부에서 시험일지에 이전의 시험방법으로 표기하는 사례가 발생하였다.

<표> 본부 시험일지 작성 미흡 현황 일부 발췌

유종	시험일지 표기	최신 시험방법	비고
자동차용휘발유1호	KPETRO-STM-16: 2018	KPETRO-STM-16: 2022	★★본부
등유	KPETRO-STM-7: 2018	KPETRO-STM-7: 2022	
자동차용경유	KS M 2027: 2019	KS M 2027: 2021	
액화석유가스1호	KS M ISO 8973: 1997	KS M ISO 8973: 2003	
자동차용경유	ASTM D5453- 19a	ASTM D5453- 24	○○본부
등유	KS M 2029: 2007	KS M 2029: 2021	
바이오디젤(BD100)	KS M ISO 2160: 1998	KS M ISO 2160: 2012	▽▽▽▽▽ 본부
등유	KS M ISO 3104: 2012	KS M ISO 3104: 2023	
자동차용경유	IP 391: 2007	IP 391: 2019	

비록 동일한 시험이라도 시험방법이 개정되면 절차·조건 등이 달라질 수 있어 시험분석의 신뢰성 확보를 위해서는 유효한 시험방법에 따라 시험분석을 하고, 해당 내용이 시험일지 내에 명시되어야 할 것이다.

관계부서 의견

△△△는 감사 의견을 수용하며 최신 시험방법 유지를 위해 교육

을 실시하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△장은 시험분석결과의 신뢰성을 위해 본부에서 시험분석 시 최신 시험규격을 확인하고 시험 및 시험일지를 작성할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)