

통 보

제 목 시험일지 작성 미흡
소 관 부 서 ♡♡♡♡♡본부
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원 시험팀장은 품질검사담당팀장¹¹⁾이 의뢰한 시료에 대해 시행세칙에 규정된 시험항목 및 시험방법에 따라 시험분석을 시행하여 품질검사 처리기간에 검사가 완료될 수 있도록 시험분석 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영요령」 제5조(시험)에 따라 시험한 내역은 시험일지에 기록을 유지하여야 하며 시험결과가 기기에서 인쇄되는 경우에는 인쇄된 것을 보관·유지한다. 다만, 전자적 저장이 가능한 시스템을 사용할 경우 시스템 내 시험내역 입력으로 시험일지를 대신 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 감사대상기간('23. 9월 ~ '25년 8월)까지 ♡♡♡♡♡본부의 기록된 시험일지를 검토한 결과 시험팀은 개정된 시험방법으로 시험분석을 하였으나, 시험일지에 개정된 시험방법을 표기하지 않고

11) 품질검사업무를 수행하는 검사총괄팀·검사정보팀·기획검사팀·검사팀·검사1·2·3팀의 팀장을 말한다.

이전의 시험방법으로 표기하는 등 일부 시험일지 기록이 미흡하였다.

[표 4] 시험일지 작성 미흡 현황

유종	시험일지 표기	최신 시험방법
자동차용경유	ASTM D6749-02	ASTM D6749-24

다만 동일한 시험이라도 시험방법이 개정되면 절차·조건 등이 달라질 수 있어 개정된 최신 시험방법에 따라 시험분석을 하고, 해당 내용을 시험일지 내에 명시 되어야 할 것이다.

관계부서 의견

♣♣♣♣♣본부는 감사 의견을 수용하며 시험일지 기록에 철저를 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

♣♣♣♣♣본부장은 시험분석 결과의 신뢰성을 위해 시험분석 시 최신 시험규격을 적용하여 시험 및 해당 내용을 기록·관리하여 주시기 바랍니다. (통보)