

통 보

제 목 시험재원 이력관리시스템 기록 미흡
소 관 부 서 ◎◎본부
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원 시험처는 스마트 시험실 구현을 위하여 시험재원 이력관리시스템을 구축(2020.08.10.)하였으며, 한국석유관리원에서 보유하고 있는 시험기기의 보정·수리 등 이력관리 및 시험용품 입·출고, 재고현황 등을 시험재원 이력관리 시스템을 통해 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영 매뉴얼」 28.2.8에 따르면 시험장비 담당자는 교정 또는 성능 점검을 실시하여 신뢰성을 유지하고 주요부품 교체 또는 수리 시에는 시험재원 이력관리시스템에 기록해야 한다.

또한 「시험실 운영 매뉴얼」 28.2.11에 따라 시험장비 도입 및 담당 업체 정보, 교정, 수리, 담당자 및 관리상태 등 중요한 기록은 시험재원 이력관리시스템을 이용하여 기록하고 관리하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 감사대상기간('23. 8월 ~ '25년 7월)까지 시험재원 이력

관리시스템 운영현황을 점검한 결과 ○○본부는 공기발생기 등의 시험장비를 수리한 내역 중 2건을 시험재원 이력관리 시스템에 누락하였다.

또한 미니증기압 시험장비는 주기에 맞춰 보정을 실시하였으나, 3건의 보정일지가 결재되지 않은 채 관리되고 있었다.

[표 5] 시험기기 수리 기록 미입력 및 보정일지 누락 현황

번호	내용	수리·보정일	비고
1	공기발생기 Pump Asseby Kit 교체	2023-09-06	수리 내역 기록 미흡
2	황분시험기(극미량,UV) Single Gas Dryer 수리	2025-06-09	
3	미니증기압시험기(Eralytics) 보정	2024-12-03	보정일지 미결재
4	미니증기압시험기(Eralytics) 보정	2024-12-05	
5	미니증기압시험기(Eralytics) 보정	2024-12-12	

관계부서 의견

○○본부는 감사 의견을 수용하며 향후 시험기기 수리 기록 및 보정일지 관리에 철저를 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○본부장은 향후 시험재원 이력관리시스템을 활용하여 시험기기의 보정·수리 등 이력관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)