

통 보

제 목 소프트웨어 관리대장 최신화 필요
 소 관 부 서 ♡♡♡♡본부
 내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원 시험팀은 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다.) “제4장 시험장비” 26.시험장비의 운용에 따라 중요 장비 관련 소프트웨어는 장비별로 구분·관리하여야 한다. 소프트웨어는 별도 장소(CD, USB 등)에 보관하고 원본CD는 파손 및 분실에 대비하여 Back-up용 CD도 보관하여야 한다.

2. 관계법령 등(판단기준)

한국석유관리원은 시험팀은 매뉴얼 “제4장 시험장비” 26.12에 따라 장비 운영 소프트웨어 관리대장을 기록·유지하고 분기별로 운영 상태를 점검하여야 하며 점검항목 중 미흡한 부분에 대해 필요한 조치를 취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 감사대상 기간('24. 1월 ~ 현재)동안의 ♡♡♡♡본부의 시험장비 운영 소프트웨어 관리대장을 확인한 결과, [표4]와 같이 중복된 내용과 미사용 및 불용 처리된 장비의 점검 내용이 현행화되지 않았으며 일부 반복해서 동일하게 작성된 것이 확인되었다.

[표4] ♡♡♡♡본부 시험장비 운영 소프트웨어 관리대장(일부)

번호	자산번호	시험장비	사용 소프트웨어	비고
1	C300078	가스크로마토그래피(SIMDIS, Agilent)	Chemstation family software produce	내용 중복 작성, 현재 미사용
2			Chemstation plus user Documentation	현재 미사용
3			D2887AA simdis software	
4	C300066	GC(FAME&메탄올)	Gas Chromatography manual set	불용 처리 (2020년)
			Theromo Data system	

관계부서 의견

♡♡♡♡본부는 감사 의견을 수용하며 시험장비 소프트웨어의 운영 상태를 점검하고, 해당 내용을 관리대장에 최신화하여 기록·유지하겠다고 하였다.

조치할 사항

♡♡♡♡본부장은 시험장비 소프트웨어의 분기별 운영 상태를 점검하고, 관리대장을 최신화하여 기록·유지할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)