

1. 업무 개요

환경시설본부 ○○○○○○○○처 ◆◆◆◆◆◆◆부(이하 “◆◆◆◆◆◆◆부”라 함)는 「폐기물관리법」 제30조(폐기물처리시설의 검사), 제50조(폐기물처리시설의 사후관리 등)에 근거하여 소각·매립·음식물 등 폐기물처리시설의 적정 설치 및 성능 등에 대한 검사(이하 “폐기물처리시설 검사”라 함) 업무를 수행하고 있고, 폐기물처리시설 검사를 위하여 다양한 측정기기를 보유·사용하고 있으며, 측정기기의 소급성 및 신뢰성을 확보하기 위하여 주기적으로 교정 또는 정도검사 등을 국가공인기관에 의뢰하여 받고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립) 제1항은 “정부는 국가측정표준과 국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기기 간의 소급성을 높이기 위하여 국가교정제도를 확립하여야 한다.”고 정하고 있다.

그리고 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침(○○○○○○○○원고시)」 제5조(교정주기)에서 “측정기(교정용 표준기¹⁾ 및 정밀계기²⁾)에 대한 교정대상 및 교정주기를 [별표 1]로 제시(제1항·제3항)”하며, “이는 가장 보편적인 상황에서 추정한 교정주기로, 최적의 교정주기는 사용자가 요구되는 불확도, 측정기의 사용빈도, 사용방

1) 교정용 표준기: 국가측정표준의 소급성 유지를 위해 교정을 목적으로 사용하는 장비(측정현장에서 주기적인 교정을 실시하기 위해 적용하는 측정기)

2) 정밀계기: 교정목적이 아닌 정밀측정에 사용 하는 장비

법 등을 감안하여 설정하는 것이 기본(제2항)”이며, 그에 따라 “측정기를 보유하거나 사용하는 자는 전후 교정성적서의 데이터 비교, 점검 표준 등을 활용한 측정데이터의 경향분석 등을 통해 최적주기를 결정하여 사용하는 것이 바람직(제4항)”한 것으로 명시하고 있다.

한편 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조(측정기기의 정도검사) 제1항은 “형식승인을 받았거나 수입신고를 한 측정기기를 사용하거나 사용하려는 자는 형식승인한 내용대로 구조와 성능이 유지되는지 여부에 대하여 ☆☆☆☆☆☆☆부장관이 실시하는 정도검사를 받아야 한다.³⁾ (이하 생략)”고 정하고 있고, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시(●●●●●●원고시)」 제7조(정도검사의 기준·방법·주기) 제6항은 “환경측정기기 정도검사 주기는 [별표 7] 및 [별표 7-14]과 같다.”고 정하고 있다.

그리고 공단 「물품관리예규」 예규에서는 [표 1]과 같이 물품의 효율적인 사용과 처분을 위해서 해당 물품을 다른 분임물품관리자⁵⁾의 소관으로 전환(이하 “관리전환”이라 함)할 수 있게 정하고 있고, 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품은 불용 절차를 진행하고, 불용 결정(승인)이 난 물품은 매각, 양여 또는

3) 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제35조(과태료) 제2항 제3호에 따라, 정도검사를 받지 않고 측정기기를 사용한 경우의 과태료는 -만원 이하임

4) 0000. 0. 0. 이후 취득한 환경측정기기는 [별표 7]을 적용하고, 0000. 0. 0.이전 취득한 환경측정기기는 [별표 7-1]을 적용함

5) 예규 제7조(분임물품관리자) ② 분임물품관리자는 본사 부서장(지원단장, 연구원장) 및 환경본부장이 되고, 다음 각 호의 사무를 집행한다.

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. 물품관리에 관한 소요판단(물품수급관리계획의 수립) | 4. 손상실 보고 및 처리 |
| 2. 물품의 취득·등록, 물품표찰의 부착 및 재고관리 | 5. 정기재물조사 및 보고 |
| 3. 관리전환 및 불용결정의 승인신청 | 6. 그 밖에 물품관리사무의 집행 |

폐기 등 처분하도록 하고 있다.

[표 1] 물품관리에규 내 물품의 관리전환 및 불용(매각·양여·폐기) 관련 조항

구분	조항
관리전환	제23조(관리전환) ① 총괄물품관리자는 물품의 효율적인 사용과 처분을 위하여 필요한 때에는 직권 또는 분임 물품관리자의 신청에 의하여 특정 분임물품관리자가 관리하는 물품을 다른 분임물품관리자의 소관으로 전환할 것을 명할 수 있다.
불용	제25조(불용결정의 승인신청) 분임물품관리자는 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품이 있을 때에는 다음 각 호의 사항을 별지 제4호서식의 불용결정조서를 작성하여 총괄물품관리자에게 제출하여야 한다.
	제27조(불용결정 또는 폐기물품) ① 총괄물품관리자가 제25조의 불용결정 승인신청서를 접수한 때에는 불용결정에 대한 승인여부를 결정하여 승인요청부서에 통보하여야 한다. 단, 취득단가가 0억원 이상인 물품의 불용에 대한 사항은 위원회의 의결을 거쳐야 한다.
	제28조(불용품 매각) ① 불용품은 매각을 목적으로 한 것이거나 불용의 결정을 한 것이 아니면 매각할 수 없다.
	제30조(불용품의 양여) 총괄물품관리자는 불용품 중 활용을 위하여 필요하면 해당 물품을 지방자치단체, 공공기관, 교육연구기관, 국가보훈단체 또는 그 밖의 비영리단체에 무상으로 양여할 수 있다.
	제32조(불용품의 폐기) 총괄물품관리자는 불용이 결정된 물품이 변질·부패 그 밖의 사유로 매각할 수 없거나 부적당하다고 인정될 때에는 폐기처분을 할 수 있다.

따라서 ◆◆◆◆◆부에서는 폐기물처리시설 검사에 사용되는 측정기기의 소급성 및 신뢰성을 확보하기 위하여, 「국가표준기본법」에 따른 교정과 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 근거한 정도검사가 그 주기를 맞추어 실시될 수 있도록 관리하여야 한다. 그리고 사용할 필요성이 없어지거나 내구연한 초과 등으로 사용이 불가능한 물품에 대해서는 다른 부서(분임물품관리자)로 관리전환을 하거나 불용(매각·양여·폐기)을 위한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆부에서는 [표 2]와 같이 교정 또는 정도검사 등⁶⁾이 필요한

6) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 측량기기 성능검사 대상 측정기기 0대가 있었으며, 이 측정기기도 주기적으로 측량기기 성능검사를 받아야 함

측정기기 00대를 보유하고 있으나, 이 중 ① 00대(전체의 00.0%)가 교정 또는 정도검사의 주기(기한)를 초과하여 검사를 받은 측정기기로 파악되었고, ② 장비 고장 또는 수리비용 과다 등의 사유로 교정 또는 정도검사를 받지 않은 불용 예정 측정기기도 0대(전체의 0%)인 것으로 확인되었다.

[표 2] ◆◆◆◆◆◆부의 교정, 정도검사, 성능검사 현황

(단위: 대)

구분	주기	주기 준수 여부('00년~감사일현재)			
		합계	준수	미준수(기한초과)	불용 예정
< 생 략 >					

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

◆◆◆◆◆◆부에서는 매체별 0개 파트(--시설·---시설·-----시설)의 담당자(0명)가 소관파트의 측정기기에 대한 운용현황(교정·정도검사 포함)을 각각의 엑셀파일로 관리하고 있어, 담당자(개인)의 실수 등으로 인하여 교정 또는 정도검사의 주기를 놓치는 경우가 있는 것으로 보인다.

따라서 부 전체 차원의 측정기기에 대한 관리를 강화할 방안을 마련할 필요가 있어 보인다. 참고로 공단의 다수 부서는 매년 초 “장비 운영·관리 계획”을 수립하여, 교정·정도검사 등이 필요한 장비의 목록을 작성하고 장비별 주기를 고려한 교정·정도검사 등의 일정을 정하는 방법으로 관리하고 있다.

[그림 1] ——— 장비에 대한 연간 운영·관리 계획(◆◆◆◆◆부 사례)

< 생 략 >	< 생 략 >
0000년 ——— 장비 운영·관리계획	장비 목록 및 교정·정도검사 검사일정 수립

아울러 ◆◆◆◆◆부에서는 현재 사용하지 않거나 고장 등의 사유로 사용할 수 없는 측정기기는 관리전환 또는 불용(매각·양여·폐기) 등을 위한 절차를 진행할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

보유장비의 교정·정도검사를 0000년부터는 모두 완료하여 관리하고 있는 상태이며, 장비 고장 등으로 기한내에 정도검사를 받지 못한 장비(수리 후 정도검사를 받음)는 보유중인 동일한 장비를 활용하여 업무를 수행하였습니다.

향후, 교정 및 정도검사 대상 장비는 관련 법령 및 고시에 따라 철저히 관리하도록 하겠으며, 매체별로 관리중이던 장비는 통합하여 운영·관리계획을 수

립토록 하겠습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(▼▼▼▼처장)는 환경측정기기의 교정 및 정도검사 관리 업무를 소홀하게 한 환경시설본부 ●●●●●●●●처 ◆◆◆◆◆◆◆◆부에 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

② 환경시설이사(●●●●●●●●처장)는 부서에서 보유·사용중인 환경측정기에 대한 관리(교정·정도검사 포함)를 강화할 수 있는 방안을 마련하시고, 현재 사용하지 않거나 고장 등으로 사용할 수 없는 환경측정기기에 대해서 관리전환 또는 불용 조치하시기 바랍니다. 【권고】