

통 보

제 목 의료장비 경제적 수리한계¹⁾ 초과 집행 및 수선비 회계처리에 관한 사항

소 관 기 관 본사 행정지원실, ■■■·○○○·===·♀♀♀·◀◀·▣▣▣▣▣▣병원

조 치 기 관 본사 행정지원실, ■■■·○○○·===·♀♀♀·◀◀·▣▣▣▣▣▣병원

내 용

1. 업무개요

6개 ▣▣▣▣▣▣병원은 원내 도입된 의료장비의 내용연수, 취득가액, 잔존가치 등을 고려하여 경제적 수리 한계성 원칙에 따라 유지보수 업무를 수행하고 있으며, 자산의 가치 증감에 따라 관련 수선비를 회계처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「정부물품 정비관리규정」 제11조(경제적수리한계 결정기준) 및 제14조(수리 원칙)에 따르면, 물품의 수리를 요할 때는 수리비용이 경제적 수리한계 금액을 초과하는 경우 수리를 지양하고 불용 및 신규 획득을 검토하여야 하며, 해당 규정에 따른 경제적 수리한계 비율 및 금액의 계산 수식은 [표 1]과 같으며 그 하한은 100분의 20으로 규정하고 있다.

[표 1] 경제적 수리한계 계산 수식

경제적수리한계 비율	경제적수리한계 금액	하한 (비율 및 금액)
$\frac{70}{100} - \frac{\text{사용연수}}{2 \times \text{내용연수}}$	$\frac{70 \times \text{취득가액}}{100} - \frac{\text{사용연수} \times \text{취득가액}}{2 \times \text{내용연수}}$	20%

※ 「정부물품 정비관리규정」 재구성

1) 정비(수리·재생) 비용과 정비 후 활용가치를 비교해, 수리비가 일정 한계금액을 넘으면 수리보다 대체(신품 교체)가 더 경제적이라고 판단하는 기준점

따라서 6개 ■■병원은 의료장비 수선이 발생한 경우, 그 수선 내용이 자산의 가치 증가 또는 내용연수 연장에 해당하는지 여부를 검토하여 회계처리에 반영하여야 하며, 특히 핵심부품 교체 등 자본적 지출에 해당하는 경우에는 자산가액을 증액하는 등 적절한 회계처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2026년 의료장비 운영실태 특정감사 시 6개 ■■병원의 의료장비 수리비 지출 및 회계처리 실태를 확인한 결과는 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 공단 내부 자본적·수익적 지출 구분 기준 부재

타 공공의료기관과 달리 공단의 내부 규정(재무회계규정 및 물품관리규정 등)에서는 의료장비 정비 시 자본적 지출과 수익적 지출을 명확히 구분하는 세부적인 실무 기준이 마련되어 있지 않은 사실이 확인되었으며,

이에 따라 6개 ■■병원에서는 본질적 자산 가치를 증대시키는 대규모 수선비마저 관행적으로 수익적 지출(비용)로 처리하고 있었으며, 6개 ■■병원의 의료장비 지출 내역 점검 시 장비의 내용연수를 연장시키거나 본래의 가치를 현실적으로 증가시키는 핵심 동력 장치, 제어 보드, 골격 전체를 교체하였음에도 이를 자산 가액에 가산하지 않고 전액 당기 비용(수익적 지출)으로 처리한 내역이 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 병원별 자본적 지출 대상 장비의 수익적 지출 처리 주요 내역

병원명	대상 장비명	교체연월	교체 부품	정비금액 (천원)	자본적 지출 해당 사유 (가치 증대 및 수명 연장)
■■■	초음파 수술기	2024.01.	기능 성능 업그레이드		장비의 총 사용 가능 시간을 물리적으로 늘리는 성능 강화
	양압 지속 유지기	2025.11.	중앙 처리 장치 기판		호흡 보조 기능을 통제하는 핵심 제어 보드를 전면 교체

◎◎	수술용 C-arm	2025.02.	메인 제어용 PC		영상 처리 및 시스템 전체를 통제하는 핵심 컴퓨터를 교체
	진단 폐활량계	2024.08.	연산 제어용 메인보드		검사 수치를 연산하고 기기 전체 작동을 총괄하는 핵심 두뇌 기판을 교체
==	수술용 C-arm	2024.08.	엑스선 발생 장치		엑스선을 생성하는 핵심 동력원인 발생기를 전면 교체
	수술용 C-arm	2025.12.	중앙 제어 시스템		터치스크린 및 시스템 메인보드 등 핵심 제어부의 전면 보수
	관절경 카메라	2025.05.	핵심 제어 유닛		카메라 렌즈 신호를 처리·제어하는 핵심 컨트롤 박스 전체를 수리/교체
♻️	안과 정밀 검사기	2024.12.	영상 처리 핵심 기판		미세 광학 신호를 디지털 영상으로 전환하는 핵심 기판을 교체
◀◀	세균 분류 동정장치	2025.08.	시스템 제어용 메인보드		분석기기의 자동화 시스템을 제어하는 핵심 메인보드 4점을 전면 교체
	연하장애 치료기	2024.03.	작동 제어용 메인보드		기기의 자극 강도 및 빈도를 조절하는 핵심 제어 기판을 전면 교체
▣▣	골밀도 촬영 장치	2025.09.	통신 제어 보드		본체와 제어 시스템 간의 통신을 관장하는 핵심 기판을 교체

※ 6개 ▣▣병원 제출자료 재구성

결과적으로 6개 ▣▣병원에서는 의료장비 수선비 처리와 관련하여 명확한 내부 회계처리 기준이 부재하여 공단의 실제 자산 규모가 정확히 반영되지 못하여, 내용연수를 실질적으로 연장하는 핵심 동력 장치나 프레임 교체 등은 자본적 지출(자산)로 보아야 함에도, 이를 전액 수익적 지출(당기 비용)로 일괄처리하는 결과를 초래하였다.

또한, 물품 유지보수 예산 집행에 있어 「정부물품 정비관리규정」의 경제적 수리 한계 산출 기준을 벗어나, 장비의 취득가액이나 잔존가액을 크게 초과하는 과도한 수선비를 지출한 사례가 확인되었다.

나. 경제적 수리한계(구입가액의 최대 70%) 초과 수선비 집행

6개 ▣▣병원의 의료장비 정비 현황을 분석한 결과, 아래의 [표 3]과 같이 「정부물품 정비관리규정」에 따른 경제적 수리한계의 최대치를 초과하여, 취득금액이 낮은 소모성 장비에 대해 취득가의 수배에 달하는 등 구입가격을 웃도는 정비금액을 지출한 사례가 다수 확인되었다.

[표 3] 경제적 수리한계 주요 초과 집행 현황

(단위: 천 원)

병원명	대상 장비명	취득연월	구입가격	수리한계액(비율)	정비금액	구입가 대비 비율
■■■	플라즈마소독기	2015.12.				
	환자용전동침대(5대)	2013.12.				
	의약품 자동주입기	2011.07.				
○○○	혈액냉장고	2012.12.				
===	환자운반카(3대)	2013.05.				
	좌욕기	2015.09.				
■■■	약품보관냉장고	2018.10.				

※ 6개 ■■■병원 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

본사 □□□□부에서는 의료기기의 주요 부품 교체와 관련하여 자본적 지출은 자신의 성능 향상, 기능 추가, 내용연수 연장, 가치의 현실적 증가 등 장래 경제적 효익을 증가시키는 지출의 의미하고, 기존 자산을 정상적으로 사용하기 위하여 발생하는 수선, 유지, 고장 부품의 동일·동등 사양 교체 등은 발생 기간의 비용, 즉 수익적 지출로 처리하는 것이 타당하다고 의견을 제시하면서 [표 2]의 의료기기 부품 교체는 장비의 고장 또는 오작동으로 기존 부품을 동일 또는 동등 사양으로 교체했거나, 장비사용에 따라 소모되는 소모품을 교체한 것이라고 답변하였다.

그러나 위의 [표 2]와 같이 ■■■병원의 초음파 수술기에 기능·성능 업그레이드 명목으로 비용이 집행된 점, 그리고 ===·○○○·☁☁병원 역시 단순 소모품이 아닌 핵심부품(엑스선 발생 장치, 핵심 제어용 PC, 영상 처리 기판 등)을 전면 교체한 점을 종합해 보면, 이는 사실상 기기 작동을 총괄하는 본질적인 시스템을 개조 및 교체한 것으로 판단된다.

또한, 사용 중인 자산의 고장 부품을 동일 사양으로 교체해 단순 원상복구 한 경우까지 자본적 지출로 볼 수는 없으며 부품 교체로 장비의 장기 사용 결정이나 명백한 성능·기능 향상이 확인될 때만 자본적 지출 검토가 가능하므로, 이러한 가치 증가나 내용연수 연장이 없는 부품 교체는 의료기관 회계기준 및 일반 유형자산 후속지출 원칙에 비추어 수익적 지출로 처리하는 것이 합리적이라는 의견을 제출하였다.

그러나, 재정경제부예규 제20호(2026.1.2.시행) 「일반유형자산과 사회기반시설 회계처리 지침」 제26조(자본적 지출과 수익적 지출)에 따르면 일반유형자산과 사회기반시설의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로서 해당 자산의 장부가액에 가산하며, 이 외의 지출에 대해서는 수익적 지출로서 당기 비용으로 처리하도록 정해져 있다.

또한, 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제) 제2항은 감가상각자산의 내용연수를 연장하거나 그 가치를 현실적으로 증가시키기 위해 지출한 수선비를 자본적 지출로 명확히 규정하고 있으며, 「소득세법 시행령」 제67조 제2항 역시 이와 같은 취지로 규정하고 있다.

그러므로 [표 3]의 정비내역과 같이 단순 소모품 교체가 아닌 시스템 메인보드 및 제어 유닛 전체를 교체하는 대규모 수선은 자본적 지출로 보아야 하므로, 이를 위해 위에서 이를 위해 앞서 언급한 「일반유형자산과 사회기반시설 회계처리 지침」 및 세법(법인세법·소득세법 시행령) 등을 참고하여, 지출 성격을 명확히 분류할 수 있는 자체 판단 기준 마련이 필요하다.

아울러 [표 23의 ■■■■■병원 플라즈마 소독기 사례를 보면, 정비금액이 구입가액의 752%에 달해 「정부물품 정비관리규정」에 명시된 경제적 수리 한계(최

대 70%)를 크게 초과하였다.

이는 사실상 신규 장비 구입비용보다 많은 예산을 들여 핵심부품을 지속적으로 교체한 것으로, 적기에 불용 처리해야 할 장비를 내용연수 이상으로 무리하게 장기간 운용한 결과로 판단된다.

마지막으로, 핵심 부품교체를 자본적 지출로 보아야 한다는 지적에 대해 ■■■■■병원은 다음과 같은 의견을 제출하였다.

의료기기는 수많은 정밀 부품이 유기적으로 결합된 시스템이므로, 특정 부품을 교체한다고 해서 장비 전체의 기대수명이 신규 장비처럼 연장된다고 단정하기는 어렵지만, 향후 주요 부품을 교체할 때는 해당 부품의 중요도, 금액 규모, 그리고 자산 가치에 미치는 영향 등을 종합적으로 검토하여 자본적 지출 여부를 판단하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

■■■■이사는

(가)사항과 관련하여, 「일반 유형자산과 사회기반시설 회계처리지침」 및 세법(법인세법·소득세법 시행령) 등을 참고하여 의료장비 정비 및 수선 시 자본적 지출과 수익적 지출을 명확히 구분하고, 수선유지비의 경제적 수리 한계 기준을 마련하는 등 가이드라인 제정을 검토하시고, (통보)

■■■·◎◎·══·☼☼·◀◀·■■■■병원장은

(나)사항과 관련하여, 향후 의료장비 수선유지 예산 집행 시 「정부물품 정비관리 규정」 따른 경제적 수리 한계(구입가액의 최대 70%) 을 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)