

일련번호	△△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 이의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 7. 27.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ △△사무소	2023	현지조치	-	-

제 목 : 제2△△△ △△△ 자동심장충격기(AED) 관리자 지정 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음.

(위법 부당내용)

- △△△△△△△△△△△△ 제2△△△ △△△는 탐방객 응급상황(심정지 등)을 대비해 AED(자동심장충격기)를 설치 운영하여 안전사고 예방에 최선을 다하고 있으나, 보관함 외부에 담당부서와 담당자 표시가 부재하여 지정 및 부착이 필요한 실정임.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△】
 - 자동심장충격기(AED) 관리자 지정 필요