

일련번호	△△△-2
수령자	소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 1. 19.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△국립공원 사무소	2023	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 보관함 정비 필요

(현 황)

- 국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침에 따라 자동심장충격기(AED)는 본체, 부속물 및 보관함 등의 이상 유무에 대한 수시 점검하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소 △△△분소에서는 탐방객 응급상황(심정지 등)을 대비해 AED(자동심장충격기)를 설치 운영하고 있으나, 보관함 정보음이 울리지 않는 등 정비가 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - AED 보관함 정비 필요