

통 보

제 목 시험재원 이력관리시스템 활용 미흡
소 관 부 서 ▷▷처, ▶▶처, ☆☆☆☆☆본부, 대전세종
충남본부, ○○본부, ●●●●●●●본부,
◎◎본부

내 용

1. 업무개요

▶▶처 ■■■■■팀은 시험 장비 보정·수리 등 기기 이력 관리와 시약·초자·부품 등 시험 용품 입고고 등 시험업무 효율화를 위하여 2020. 8. 10. 「시험재원 이력 관리 시스템」(이하 “이력 관리 시스템” 이라 한다)을 구축하였으며, 이력 관리 시스템을 체계적으로 사용할 수 있도록 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼” 이라 한다)을 개정(2020. 12. 29.)하여 운용하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

매뉴얼 16.4 및 32.1.4에 따르면 이력 관리 시스템에 시험기기 이력카드의 작성과 관련 자료를 보관하여야 하며, 시험기기 수리 내역 및 수리 관련 보고서를 이력 관리 시스템에 첨부하여야 한다.

그리고 매뉴얼 12.1, 12.2에 따라 표준(인증 표준/표준)물질은 이력 관리 시스템의 표준물질 관리 등록을 통해 기록하여 관리하며, 표준물질의

제조 일자, 유효일자, 정밀도, 측정 조건 등이 기록된 인증서, 성적서 또는 관련 자료를 첨부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부, ★★★★★★본부, ◎◎본부, ●●●●●●본부, ▷▷처, ►►처는 이력 관리 시스템에 시험기기 수리 내역을 확인할 수 있는 수리 내역서(또는 수리결과 보고서)가 일부 미 첨부한 사례가 확인되었다.

그리고 ☆☆☆☆☆본부, ○○본부, ★★★★★★본부, ●●●●●●●●본부는 이력 관리 시스템에 표준물질 정보 및 유효일자, 정밀도가 기록된 인증서 첨부이 미흡한 사실이 있다.

[표 1] 부서별 시험재원 이력 관리 시스템 활용 미흡 현황

부서명	시험재원 이력 관리 시스템 활용 주요 미흡 사례
☆☆☆☆☆본부 시험팀	표준물질(X-ray 황분, 유동점, 증류성상) 인증서/성적서 미등록
○○본부 시험팀	동점도, LPG 조성분석 등 시험기기 수리 내역서 미 첨부, 표준물질(X-ray 황분) 인증서/성적서 미등록
★★★★★★본부 시험팀	황분(UV), 동점도 시험기 등 시험기기 수리 내역서 미 첨부, 표준물질(점도, 황분, 윤활성) 인증서/성적서 미등록
◎◎본부 검사팀	황분(UV), GC(TOS, 경유) 시험기기 수리 내역서 미 첨부,
●●●●●●본부 시험1, 2팀	GC(LPG), FT-IR, GC-MS 등 시험기기 수리 내역서 미 첨부, 표준물질(황분, 유동점) 인증서/성적서 미등록
▷▷처 연구개발팀, ♡♡♡♡♡♡♡♡센터	Reformulyzer, ICP-OES, 배출가스분석기 수리 내역서 미 첨부
►►처 ▣▣▣▣팀, ♠♠♠♠♠♠♠♠센터	인화점(PM), 동점도, 유동점, 검시험기 등 수리 내역서 미 첨부

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆☆☆☆본부 시험팀은 표준물질의 인증서를 별도로 보관하고 있음을 주장한다.

그러나, 시험실 운영 매뉴얼 운영 취지인 ‘스마트 시험실 구축을 위한 기반 마련’ 과, ‘시험업무 효율화’ 를 위해서는 시험자원 이력 관리 시스템을 통한 시험자원 관리가 필요하나, 표준물질의 인증서를 별도로 보관하고 있는 것은 시험실 운영 매뉴얼 운영 취지와 거리가 있다.

조치할 사항

▷▷처장, ►►처장, ☆☆☆☆☆본부장, ★★★★★본부장, ○○본부장, ●●●●●●●본부장, ◎◎본부장은 시험실 운영 매뉴얼을 준수하여 이력 관리 시스템으로 시험기기 수리 현황, 표준물질 인증서를 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)