

통 보

1. 제 목 : 자동심장충격기 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 심폐소생술 시행을 위한 자동심장충격기를 설치·관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생술을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 및 같은 법 시행령 제26조의5(응급장비의 구비의무가 있는 공동주택 등)에 따르면 공공기관 및 다중이용시설등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 의무적으로 구비하고, 동법 시행규칙 제38조의3(응급장비의 관리)에 따라 매월 1회 이상의 점검, 응급장비 사용교육, 응급장비의 관리에 관한 서류의 작성·비치 등 업무를 수행하여야 합니다.

※ 의무설치기관 AED 미설치 시 과태료 부과(「응급의료에 관한 법률」 제62조)

또한, 보건복지부 「자동심장충격기 설치 및 관리 지침」에 따르면 기관의 자동심장충격기 관리책임자는 장비관리를 위해 매월 1일을 자동심장충격기 정기점검의 날로 지정해 매월 1회 이상의 정기점검을 실시하여야 하며, 월별 정기점검 체크리스트와 부속 및 장비 교체 시 해당 사항에 대한 대장을 작성하여 각각 3년간 보관하고, 내용연수 및 적정 사용횟수 경과 후 장비교체 여부를 판단할 경우, 장비마다 각기 달라 해당 장비의 매뉴얼 및 제조사항의 권고를 따르되 최대 10년을 초과하지 않도록 하여야 합니다.

따라서 ○○○○○○○○에서는 시설에 심폐소생술을 위한 자동심장충격기를 응급상황 시 사용할 수 있도록 장비 관리 기준에 따라 정기점검 등 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 설명절 공직기강 점검 시 자동심장충격기 운영 현황을 확인한 결과, ○○○○○○○에서는 [표]와 같이 교육동 및 숙소동에 설치된 자동심장충격기 #대 에 대하여 정기 점검을 실시하지 않았을 뿐만 아니라, 기기 전면에 점검표가 부착되어 있지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표] 자동심장충격기 설치 현황

자동심장충격기 설치 사진(숙소동 1층)	자동심장충격기 설치 사진(교육동 1층)
	

4. 관계기관 의견

○○○○○○○○에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○○○장은

- 자동심장충격기 점검을 관리 기준에 따라 철저히 하시기 바랍니다. (통보)